

Specificații tehnice (F4.1)

Anexa nr. 22 la Documentația standard

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1675862495875	Data: 02.03.2023	
Denumirea licitației:	Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2023	Lot: 21.	Pagina: _1_ din _1_

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3			4	5	6
Poziția 21.1. Generator de oxigen IMT-PO 2150 OV							
21.1	-	IMT-PO 2150	Germania	INMATEC	Mentenanța de 2 ori pe an conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producătorii Inmatec și Botarine. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen.	Mentenanța de 2 ori pe an conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore.	Certificat de training

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: MolDan- Service SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Șciusev 16