

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21055173 din 21.04.2022

Obiectul de achiziție: Set p/u cateterizarea venelor centrale Trilumen 7F (Repetat)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen 7Fr	41.01.30201 41.01.30202 41.01.30203	China	SCW Medcath Ltd	Seturi pentru cateterizarea venelor central Trilumen 7Fr. Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "J" Certificat CE	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Trilumen Dimensiune (Fr) 7, Lungime (cm) 15, 20, 30	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23