

Specificații preț (F4.2)

ibel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,

Numărul licitației:	21479700 din 23.09.2025		Data: „04” noiembrie 2025	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 3)		Lot: 12	Pagina:1 din 1	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA	Beneficiar
1	2			3	4	5	6	7	8	9		
33100000-1	12	Analizator biochimic automat, 400 teste	Analizator biochimic automat, 400 teste	bucată	1	7 366 519,34	8 259 123,67	7 366 519,34	8 259 123,67	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	6 531 838,12	AMT Riscani
Total:								7 366 519,34	8 259 123,67			

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Gabriela Anghel

În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: Medist Grup SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33

		Specificații tehnice (F4.1)							
		completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în c							
Numărul licitației:		21479700 din 23.09.2025						Data: „04” noiembrie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor						Lot:	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	12	Analizator biochimic automat, 400 teste	Analizator biochimic automat, 400 teste	AU 480	Irlanda	Beckman Coulter	Conform anunț de participare, lot 12	Vezi Anexa 1	ISO 13485, DoC, Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Propunere tehnica – lot 12. Analizator biochimic automat, 400 teste

Nr. crt.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1.	Descriere: Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi.	Sistemul Beckman Coulter AU480 este un analizor automat, destinat efectuării analizelor biochimice. Analizorul este un sistem închis cu 120 de canale. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 4-10 – 4-12 – Manual utilizare AU480
2.	Sistem analitic: automat cu calculator exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse, imprimanta)	Analizorul AU480 este livrat în configurație completă: calculator integrat, monitor cu ecran tactil, imprimanta, tastatura, mouse. Pag 2-20, 2-22 – Manual utilizare AU480
3.	Tip de lucru: continuu	În unitatea de furnizare a stativelor pot fi încărcate în mod continuu stative/rack-uri. În același timp, în compartimentul de urgență (STAT), se pot încarca 22 de probe de pacient. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 6-10, 3-34 – Manual utilizare AU480
4.	Tip sistem random access, cu cititor de coduri de bare pentru reactivi, cu cititor de coduri de bare pentru probe.	Analizorul Beckman Coulter AU480 este un sistem de analiză chimică complet automatizat, cu acces randomizat. Analizorul dispune de un cititor de coduri de bare atât pentru probe, cât și pentru reactivi. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 4-10 – 4-12, 3-32 – 3-33, 3-43, 3-52 – Manual de utilizare AU480
5.	Capacitatea (teste/oră): ≥ 400 (teste fotometrice)	Analizorul automat de biochimie Beckman Coulter AU480 are o capacitate de 400 teste fotometrice/oră și până la 800 de teste cu ISE/oră.

Nr. crt.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
		Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-22 – Manual utilizare AU480
6.	Posibilitatea efectuării analizelor urgente: Obligatoriu	Analizorul este prevazut cu modul de urgenta STAT ce permite analizarea probelor in regim de urgenta, in paralel cu probele aflate in lucru. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 3-34, 3-35 – Manual utilizare AU480
7.	Tipul dispozitivului: staționar	Analizorul AU480 este un dispozitiv stationar. Pag 1 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-19 – Manual utilizare AU480
8.	Tip probă: ser, plasma, urina, sange integral, CSF (lichid Cefalo-rahidian), lichide biologice.	Analizorul Beckman Coulter AU480 este conceput sa analizeze probe de ser, plasma, urina, sange integral, LCR si alte fluide cu vascozitate asemanatoare serului. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-8, 2-22 – Manual utilizare AU480 Insert reactiv HbA1c
9.	Tip diluare: automat, de la 1 pana la 100	Analizorul AU480 permite dilutia automata a probelor cu o rata de dilutie de la 1 pana la 100. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 4-25 - Manual utilizare AU480
10.	Sistem de spălare total automat (rotor/cuva de reactie, sistem de dozare reactivi si proba): obligatoriu	Analizorul de biochimie AU480 este dotat cu un sistem propriu si performant de spalare automata a cuvetelor de reactie, utilizand apa distilata si solutii dedicate de spalare care asigura integritatea cuvetelor si precizia citirii. Analizorul Beckman Coulter AU480 este prevazut cu un sistem de aspirare/dozare

Nr. crt.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
		proba si reactivi, dotat cu senzori de detectie nivel lichid, detectie cheag, detectie bule si detectie coliziuni. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 3-28, 3-42, 2-24, 3-37 – 3-38 – Manual utilizare AU480
11.	Program complex de control al calității: obligatoriu	Analizorul AU480 ofera posibilitatea de evaluare a controlului de calitate prin reguli Westgard si afiseaza diagrame Levey-Jennings pentru controlul intern in vederea indeplinirii cerintelor managementului de calitate. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 7-37 – 7-40 – Manual utilizare AU480
12.	Modul iono-selectiv: da	Analizorul Beckman Coulter AU480 este un sistem complet automat de biochimie cu modul ISE inclus (electrozi Na⁺, K⁺, Cl⁻). Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-22, 2-30, 3-48 – Manual utilizare AU480
13.	Compartiment reactivi cu răcire, ≥ 40 celule	Compartimentul de reactivi al Analizorului Beckman Coulter AU480 este refrigerat, temperatura fiind intre 4 si 12°C si pot fi incarcati un numar de 76 de reactivi (R1 + R2). Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-25, 3-43 – Manual utilizare AU480
14.	Compartiment probe ≥ 80 celule	Analizorul Beckman Coulter AU480 permite incarcarea a 80 de probe pe rackuri (stative) si 22 probe in modulul de urgenta STAT. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 6-10, 6-18, 2-24, 3-34 – Manual utilizare AU480

Nr. crt.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
15.	Rotor/Cuva de reacție pentru probe, cu încălzire la 37°C, reutilizabil, ≥ 80 celule	Analizorul Beckman Coulter AU480 este prevazut cu rotor care contine 88 cuvete permanente din sticla. Citirea si incubarea reactiei se realizeaza in mediu uscat la 37°C. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-25, 3-40 – Manual utilizare AU480
16.	Sistem fotometric: - Sura de lumina: LED/Halogen - Gama fotometrica: de la 0 pana la 3A - Lungimi de unda a filtrelor fotometrice: cel putin de la 340 pana la 670 nm	Analizorul Beckman Coulter AU480 este prevazut cu un sistem optic performant cu lampa halogen, ce detine 13 lungimi de unda diferite, cuprinse in intervalul 340 - 800 nm. Gama fotometrica este de la 0 pana la 3 Abs. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-26 – Manual utilizare AU480
17.	Regimuri de măsurare: - CINETIC: obligatoriu - Mono și bi-cromatic: obligatoriu - Imunoturbidimetrc: obligatoriu - Semnalizare lipsa reagent si proba: obligatoriu	Analizorul Beckman Coulter AU480 utilizeaza ca si principii de masurare si metode de detectie: cinetic, enzimatic, spectrofotometrie, potentiometrie, colorimetrie, imuno-evaluare enzimatica EIA omogena, etc. Sistemul optic prezinta doua moduri fotometrice: monocromatic si bicromatic. Analizorul genereaza mesaje de alarma care semnaleaza lipsa de reactiv si proba. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-26, 2-30, 5-16, – Manual utilizare AU480 Brosura reactivi
18.	Sistemul de dozare: - Reagentii: Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent, Volumul reagentului programabil cu pasul 1 μl - detectia automata a cheagurilor de sange: obligatoriu - "brațe" pentru dozare reagent: ≥ 1 - "brațe" pentru dozare probe: ≥ 1	Reactivii utilizati pe sistemul Beckman Coulter sunt lichizi, gata de utilizare si pot fi de doua tipuri: monoreactivi (1 singur flacon R1) sau bireactivi (1 flacon R1 si 1 flacon R2), volumul de ractiv fiind cuprins intre 10 – 250 μl in pasi de 1 μl. Analizorul Beckman Coulter AU480 este prevazut cu un “brat” de aspirare/dozare proba si si un “brat” de aspirare/dozare reactivi,

Nr. crt.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	- Sistemul de dozare: Cu senzor de obstacol	dotat cu senzori de detectie nivel lichid, detectie cheag, detectie bule si detectie coliziuni. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-24, 3-37 – 3-38 – Manual utilizare AU480 Brosura reactivi
19.	posibilitatea conectării accesului la distanta (remote access prin programe ex. TeamViewer / AnyDesk / Radmin): obligatoriu	Calculatorul analizorului functioneaza cu sistem windows, fapt care permite instalarea si rularea oricaror aplicatii de remote access: TeamViewer / AnyDesk / Radmin....etc Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480
20.	Posibilitatea programării controalelor și calibratorilor prin acces la distanta în decurs de maxim o ora de la solicitare: obligatoriu	Softul analizorului permite programarea si procesarea controalelor de calitate in mod automat, la anumite ore sau intervale de timp prestabilite Pentru programarea controlului de calitate de la distanta/automat, analizorul permite stocarea materialul de control necesar in compartiment refrigerat, fapt care previne degradarea acestuia. Pag 4-80 – Manual utilizare AU480
21.	Posibilitatea oferirii suportului tehnic prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare: obligatoriu	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
22.	Dimensiuni: - Latime: ≤ 1450 mm - Adancime: ≤ 770 mm - Inaltime: ≤ 1260 mm	Dimensiunile analizorului AU480 sunt de 1450 mm latime, 1205 mm inaltime si 770 mm adancime. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-21 – Manual utilizare AU480
23.	Conectare la LIS: protocoale HL7 si ASTM: obligatoriu	Analizorul AU480 detine un soft compatibil cu Sistemul Informatic al Laboratorului si comunica uni si bidirectional (primire liste de lucru si trimitere rezultate in reseaua informatica) prin protocoale HL7 si ASTM. Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480

Nr. crt.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
		Pag 2-22, 2-29, 3-22 – Manual utilizare AU480 Pag 13/94 – AU480 Online LAN specification
24.	Alimentarea: 220V, 50 Hz	Alimentare electrica: 220V, 50Hz Pag 2 – Sistem chimie clinica AU480 Pag 2-21 – Manual utilizare AU480
25.	Baterie/ UPS: minim 30 min.	Da, se oferă UPS Effecta ADIRA T 6000-30 , cu o autonomie de 30 minute și următoarele caracteristici tehnice: 2x 240V-9Ah. Vezi prospect atașat.
26.	Adițional să fie inclus și tot ce este necesar pentru funcționalitatea lui: accesorii care necesită unire la canalizare și apeduct (sistemă de ionizare a apei, rezervor de apă): obligatoriu	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
27.	Accesorii livrate împreună cu analizatorul biochimic: calculator (processor), monitor cu diagonala minim 19 inch, tastatura, mouse, imprimanta	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
28.	Cerinte adaugatoare: Analizator trebuie să fie dotat cu stație pentru purificarea apei, UPS și imprimanta pentru tipărirea rezultatelor, deservirea tehnică inclusă în contract pe toată perioada exploatării analizatorului. Stație pentru curățare a apei trebuie să fie prezentată cu costul setului de mentenanță anuală (filtre)	Da, analizorul va fi dotat cu stație Aqualine 4 și rezervor suplimentar de 30 litri . Costul setului de mentenanță anuală este prezentat în oferta financiară. Vezi prospect atașat.
	Note:	
29.	Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare.	Da, vezi atasată oferta financiară
30.	Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere
	Furnizorul va asigura:	

Nr. crt.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
31.	Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
32.	Instruirea personalului.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
33.	Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
34.	Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
35.	Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
36.	Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
37.	Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere
38.	Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere.
39.	Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.	Atasat tabel cu stabilitatea reactivilor conform solicitarii.
	Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:	
40.	Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere

Nr. crt.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
41.	Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).	Da, atasata declaratie pe propria raspundere
42.	Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.	Da, atasata declaratie pe propria raspundere
43.	Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere
44.	UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toata perioada contractului.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere
45.	Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere
46.	Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere
47.	Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere
48.	Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.	Da, vezi atasata declaratie pe propria raspundere

Denumirea lot			Analizator biogenic, automat 400 teste -AMT Riscani												
Nr.	Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scazut	Unitatea de masura	Costul dispozitivelor fara TVA	reagenti consumabile					Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Total	*** In cazul in care nu se poate indica pretul pentru fiecare reagent separat se va indica pretul pentru o examinare (in functie de	
				deumirea/cod reagentului/co nsumabilului oferat (sau echivalentul sau)	documentul tehnic de referinta (instrucțiunea)	cantitatea reagenti/consu mabile pentru examinările anuale	Unitatea de masura oferata reagenti/ consumabile pentru examinări	*Pret unitar (fara TVA) reagenti/ consumabile	pretul (fara TVA)	pretul (fara TVA)	pretul (fara TVA)	pretul (fara TVA)	Suma (fara TVA)		
1	Pretul ofertei fara TVA pentru dispozitivele medicale (echipamentele medicale) 1 bucată	bucati	208 000,00			1 bucată							208 000,00		
2	Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem inchis de reactivi. In cazul in care nu se poate indica pretul pentru fiecare reagent separat se va indica pretul pentru o examinare (in functie de metoda de lucru a dispozitivului).	288250 examenari pe an													
3	Proteina totala	5 000,00		OSR6132	IFU atasat	1,67	kit	579,60	967,93	967,93	967,93	967,93	3 871,73		
4	Albumina	3 000,00		OSR6102	IFU atasat	1,21	kit	560,70	678,45	678,45	678,45	678,45	2 713,79		
5	Ureea	16 000,00		OSR6234	IFU atasat	3,08	kit	4 764,90	14 675,89	14 675,89	14 675,89	14 675,89	58 703,57		
6	Creatinina	16 000,00		OSR6178	IFU atasat	4,04	kit	1 035,30	4 182,61	4 182,61	4 182,61	4 182,61	16 730,45		
7	Acidul uric	13 000,00		OSR6198	IFU atasat	5,20	kit	4 569,60	23 761,92	23 761,92	23 761,92	23 761,92	95 047,68		
8	Glucosa	22 000,00		OSR6121	IFU atasat	9,02	kit	2 381,40	21 480,23	21 480,23	21 480,23	21 480,23	85 920,91		
9	Hb1Ac	4 000,00		B00389	IFU atasat	8,00	kit	22 919,40	183 355,20	183 355,20	183 355,20	183 355,20	733 420,80		
10	Cholesterolul	16 000,00		OSR6116	IFU atasat	4,40	kit	3 509,10	15 440,04	15 440,04	15 440,04	15 440,04	61 760,16		
11	LDL colesterol	12 000,00		OSR6183	IFU atasat	16,22	kit	14 338,80	232 575,34	232 575,34	232 575,34	232 575,34	930 301,34		
12	HDL colesterol	12 000,00		OSR6187	IFU atasat	16,22	kit	6 451,20	104 638,46	104 638,46	104 638,46	104 638,46	418 553,86		
13	Trigliceride	14 000,00		OSR61118	IFU atasat	4,66	kit	5 967,10	27 806,69	27 806,69	27 806,69	27 806,69	111 226,74		
14	Bilirubina tot.	14 000,00		OSR6112	IFU atasat	5,93	kit	2 606,10	15 454,17	15 454,17	15 454,17	15 454,17	61 816,69		
15	Bilirubina direc.	14 000,00		OSR6111	IFU atasat	15,22	kit	1 146,60	17 451,25	17 451,25	17 451,25	17 451,25	69 805,01		
16	Calciu	7 500,00		OSR60117	IFU atasat	2,68	kit	3 372,60	9 038,57	9 038,57	9 038,57	9 038,57	36 154,27		
17	Potasiu Notă: Pentru obținerea celor 8000 teste de Potasiu, 8000 teste Sodiu, se folosesc cei trei reactivi in cantitățile menționate mai jos. In plus față de cerința tehnică, se vor obține și 8000 teste de clor.	8 000,00													
18	Sodiu Notă: Pentru obținerea celor 8000 teste de Potasiu, 8000 teste Sodiu, se folosesc cei trei reactivi in cantitățile menționate mai jos. In plus față de cerința tehnică, se vor obține și 8000 teste de clor.	8 000,00													
	ISE Buffer			66320	IFU atasat	2,00	kit	2 345,70	4 691,40	4 691,40	4 691,40	4 691,40	18 765,60		
	ISE Mid Standard			66319	IFU atasat	3,00	kit	2 391,90	7 175,70	7 175,70	7 175,70	7 175,70	28 702,80		
	ISE Reference			66318	IFU atasat	1,00	kit	3 185,70	3 185,70	3 185,70	3 185,70	3 185,70	12 742,80		
19	Magneziu	4 000,00		OSR6189	IFU atasat	4,00	kit	900,90	3 603,60	3 603,60	3 603,60	3 603,60	14 414,40		
20	Fierul	5 500,00		OSR6186	IFU atasat	2,75	kit	2 465,40	6 779,85	6 779,85	6 779,85	6 779,85	27 119,40		
21	Amilaza panc.	250,00		AV7934	IFU atasat	1,00	kit	21 781,20	21 781,20	21 781,20	21 781,20	21 781,20	87 124,80		
22	Amilaza tot.	9 000,00		OSR6182	IFU atasat	5,63	kit	6 440,70	36 261,14	36 261,14	36 261,14	36 261,14	145 044,56		
23	ALT/GTP	17 000,00		OSR6107	IFU atasat	4,34	kit	3 179,40	13 798,60	13 798,60	13 798,60	13 798,60	55 194,38		
24	AST/GOT	17 000,00		OSR6109	IFU atasat	4,34	kit	2 929,50	12 714,03	12 714,03	12 714,03	12 714,03	50 856,12		
25	g-GTP	4 500,00		OSR6020	IFU atasat	4,50	kit	1 801,80	8 108,10	8 108,10	8 108,10	8 108,10	32 432,40		
26	LDH	1 500,00		OSR6128	IFU atasat	0,59	kit	3 663,40	2 161,41	2 161,41	2 161,41	2 161,41	8 645,62		
27	Lipaza	4 000,00		OSR6130	IFU atasat	16,67	kit	4 842,60	80 726,14	80 726,14	80 726,14	80 726,14	322 904,57		
28	Fosfataza alcal.	4 500,00		OSR6004	IFU atasat	3,63	kit	1 171,80	4 253,63	4 253,63	4 253,63	4 253,63	17 014,54		
29	PCR	14 500,00		OSR6199	IFU atasat	15,76	kit	8 788,50	138 506,76	138 506,76	138 506,76	138 506,76	554 027,04		
30	FR	11 000,00		OSR61105	IFU atasat	11,00	kit	17 520,00	192 720,00	192 720,00	192 720,00	192 720,00	770 880,00		
31	ASLO	11 000,00		OSR6194	IFU atasat	8,33	kit	23 572,50	196 358,93	196 358,93	196 358,93	196 358,93	785 435,70		
	Pancreatic Amylase Calibrator RX			2351	IFU atasat	0,25	kit	15 939,00	3 984,75	3 984,75	3 984,75	3 984,75	15 939,00		
	System Serum Calibrator			66300	IFU atasat	1,00	kit	4 991,70	4 991,70	4 991,70	4 991,70	4 991,70	19 966,80		
	HDL-Cholesterol Calibrator			ODC0011	IFU atasat	6,00	kit	2 499,00	14 994,00	14 994,00	14 994,00	14 994,00	59 976,00		
	LDL-Cholesterol Calibrator			ODC0012	IFU atasat	6,00	kit	3 059,70	18 358,20	18 358,20	18 358,20	18 358,20	73 432,80		
	Serum Protein Multi Calibrator (ASO, C3, C4, CRP, ferritin, IgA, IgG, IgM, TRF)			ODR3021	IFU atasat	4,00	kit	7 396,20	29 584,80	29 584,80	29 584,80	29 584,80	118 339,20		
	RF Latex Calibrator			ODC0028	IFU atasat	4,00	kit	4 076,10	16 304,40	16 304,40	16 304,40	16 304,40	65 217,60		
	CRP Latex Calibrator Normal Set (Level 1 - 5)			ODC0026	IFU atasat	4,00	kit	3 332,70	13 330,80	13 330,80	13 330,80	13 330,80	53 323,20		
	ISE Low Serum Standard			66317	IFU atasat	1,00	kit	1 797,60	1 797,60	1 797,60	1 797,60	1 797,60	7 190,40		
	ISE High Serum Standard			66316	IFU atasat	1,00	kit	1 797,60	1 797,60	1 797,60	1 797,60	1 797,60	7 190,40		
	Control Serum 1			ODC0003	IFU atasat	3,65	kit	5 594,40	20 419,56	20 419,56	20 419,56	20 419,56	81 678,24		
	Control Serum 2			ODC0004	IFU atasat	3,65	kit	5 594,40	20 419,56	20 419,56	20 419,56	20 419,56	81 678,24		
	HDL/LDL Cholesterol Control Serum			ODC0005	IFU atasat	4,00	kit	3 307,50	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	52 920,00		
	ITA Control Serum 1			ODC0014	IFU atasat	4,00	kit	7 990,50	31 962,00	31 962,00	31 962,00	31 962,00	127 848,00		
	ITA Control Serum 2			ODC0015	IFU atasat	4,00	kit	7 990,50	31 962,00	31 962,00	31 962,00	31 962,00	127 848,00		
	ITA Control Serum 3			ODC0016	IFU atasat	4,00	kit	7 990,50	31 962,00	31 962,00	31 962,00	31 962,00	127 848,00		
	HbA1c Control, 12 x2ml two levels of control			b12397	IFU atasat	1,00	kit	36 773,10	36 773,10	36 773,10	36 773,10	36 773,10	147 092,40		
	PAMY QC RX			HN1530	IFU atasat	1,00	kit	11 953,20	11 953,20	11 953,20	11 953,20	11 953,20	47 812,80		
	PAMY QC RX			HN1532	IFU atasat	1,00	kit	11 953,20	11 953,20	11 953,20	11 953,20	11 953,20	47 812,80		

