

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755005904173					Data: 27 08 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027					Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6		8
33100000-1	167	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	MOST-T MK24	China	Shinva	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarme acustică vizuală Durata sterilizării reglablă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimur	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Da p. 25 Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Da Securitate la supraîncălzire obligatoriu p. 43 Securitate la suprapresiune obligatoriu p. 43 Alarme acustică vizuală p. 55 Durata sterilizării reglablă obligatoriu p. 30 Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Da Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Da Suprafața exterioră a ușa nu se încălzească Da Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu” Da p. 58 - 59 Imprimanta obligatoriu p. 24 Afișaj alfanumeric p. 44 Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă p. 58 - 59 Ciclu de vacuum obligatoriu p. 58 - 59 Pre și post vacuum da, selectabil p. 58 - 59 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumata p. 58 - 59 Sistem de uscare obligatoriu p. 58 - 59 Facilități de setare timp p. 58 - 59 temperatura p. 58 - 59 eliberare automată a vaporilor p. 58 - 59 acire rapidă p. 58 - 59 Volum interior 24L Precizie timp de sterilizare 1 min Da Rafturi da, min. 3 tavi Da Regimuri de sterilizare 5 p. 58 - 59 Temperatura de sterilizare 1 21°C, 134°C Da p. 58 - 59 Gama de temperatură iapazon minim 105 - 134 grade C p. 12 Cicluri preprogramate 5 terilizare, uscare p. 58 - 59 Înregistrator date obligatoriu p. 41 Tip dated ata p. 41 timp p. 41 temperatura p. 41 presiune p. 41 Capacitatea rezervorului de apă în in. 4 l p.20 Alimentare 220V, 50 Hz p.14	CE, ISO, Numar RSDM: DM000840806
		Semnat: 27.08.2025 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director							
		Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, or. Durlști, str. Vasile Lupu, nr.6							