

Specificații tehnice F4.1

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1597834836537 din 09.09.2020

Denumirea procedurii de achiziție: achiziționarea articole oftalmologice pentru an.2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	9 Cutit oftalmic de 2,2 mm	378822	SUA	Beaver	Cutit microchirurgical oftalmic model crescend, pentru chirurgia globului ocular 2,2 mm, Cutit Slit (pent TM incizie comeeană). Aliaj - austenit, unghi de 45°, lungime cap 8 mm, bilateral, lățimea lamei 2,2; lățimea tăișului lamei 0,3-0,35, lungimea lama 3,2. Mâner complet.steril 'Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. 'Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. 'Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 'Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Cutit pentru chirurgia globului ocular 2,2 mm, Cutit Slit (pent TM incizie comeeană). inox medical (ne inferior aliajului austenit), unghi de 45°, lungime cap 8 mm, bilateral (dual bevel), lățimea lamei 2,2; lățimea tăișului lamei 0,3-0,35, lungimea lama 3,2. Mâner complet.steril 'Certificat CE sau declarație de conformitate 'Certificat ISO 13485 'Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice	CE ISO

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau