

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1628002654232	Data: 13 aug 2021, 12:30 - 3 sept 2021, 12:30	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022.	Lot: 7,12.	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	NR. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
33100 000-1	7	Set introducător pentru punctie venei centrale scurt	Set introducător pentru punctie venei centrale scurt	Radifocus® Introducer II Standard Kit R	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatică, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Posibilitatea de a se cere și teci cu marker radiopoac exact în extremitatea distală	Lungimea canulei utile de 10 cm, cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatică, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Teaca este radiopoacă.	CE/ISO
33100 000-1	12	Set introducător pentru punctie venei femurale scurt	Set introducător pentru punctie venei femurale scurt	Radifocus® Introducer II Standard Kit R	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatică, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Posibilitatea de a se cere și teci cu marker radiopoac exact în extremitatea distală	Lungimea canulei utile de 10 cm, cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatică, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Teaca este radiopoacă.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**