



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI
MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR



Nr. 8802 din 16.07.2015

ZOETIS ROMANIA S.R.L.

Vă eliberăm buletinul de analiză pentru setul de diagnostic **SERELISA® BLV Ab Mono Indirect**, producător **Delpharm Biotech, Franța**, lot/seria **15SBLV357**, valabilitate **27.05.2016**, set de detecție a anticorpilor anti virusul leucozei enzootice bovine în probe de ser individuale sau amestecuri de seruri, recoltat cu procesul verbal nr. 5512 din 12.05.2015, pentru controlul de laborator al calității.

Produsul a fost autorizat în România, având Autorizația de comercializare nr. 130022 din 24.01.2013

Dr. Valentin VOICU

DIRECTOR ADJUNCT,
Dr. Mirela MARINESCU

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 88/2015/16.07.2015

Produs:	SERELISA® BLV Ab Mono Indirect		
Producător:	Delpharm Biotech, Franța		
Seria / Lot:	15SBLV357		
Valabilitate	27.05.2016		
Componentele setului: set x 384 teste	- plăci căptușite cu antigen viral BLV gp51		4 buc.
	- Ser control negativ		1,5ml
	- Ser control pozitiv		1,5ml
	- Conjugat, anticorp monoclonal anti-IgG bovine		5ml
	- Substrat (TMB)		50ml
	- Soluție de stopare		25ml
	- Diluant pentru probe		100ml
	- Diluant pentru conjugat		50ml
	- Soluție de spălare, conc. 10x		200ml
	- Instrucțiuni de utilizare		1 ex.

Analizele s-au efectuat în conformitate cu Documentația tehnică și Instrucțiunile de utilizare prezentate de producător. Rezultatele controlului de laborator au condus la următoarele concluzii privind parametrii de calitate ai setului de diagnostic: