

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770505533744 din 22.02.2026						
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanța a dispozitivelor medicale și radiologice pentru anul bugetar 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Analizator ion-selectiv	model SmartLyte PLUS Producator Diamond Diagnostics, SUA	SUA	Diamond Diagnostic s	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță	

				pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanță, în care se va indica starea tehnică a dispozitivului și lucrările efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanță vor include înlocuirea chitului de mentenanță anual, inspecția tehnică, mentenanță preventivă și corectivă. Da	pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanță, în care se va indica starea tehnică a dispozitivului și lucrările efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat - conform manualului de service al producătorului - Da Lucrările de mentenanță vor include înlocuirea chitului de mentenanță anual, inspecția tehnică, mentenanță preventivă și corectivă. – conform manualului de service al producătorului - Da	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tugulea Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedLux Group SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Durlști, str. Boris Zavatîn 102

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770505533744 din 22.02.2026									
	Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanța a dispozitivelor medicale și radiologice pentru anul bugetar 2026									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea D/M	Numărul de vizite pr an	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18.Analizator ion-selectiv model SmartLyte PLUS	Bucata	1	2	15 000.00	18 000.00	15 000.00	18 000.00		
	Total:						15 000.00	18 000.00		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tugulea Valeriu În calitate de: Administratr

Ofertantul: MedLux Group SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Durlesti, str. Boris Zavatin 102