

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758709403190 din 17.11.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.24)

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă	Centrifugă Compact Star CS8, cod: 521-3345	Belgia	VWR International bv	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație (să cuprindă intervalul): Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare. obligatoriu Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete cu dimensiunile: 17mm diametru x 102 mm lungime.	Specificatii: Domeniul de viteza: 400-5000 rpm. Accelerare și decelerare ajustabila. Capacitatea: 8 tuburi de 10-15 ml (conice/fund rotund/colectare sange) Timer: 20 secunde - 99 minute. Securitatea Blocarea capacului în timpul functionarii, sistem avansat de detectare în caz de dezechilibru prin oprirea centrifugarii. Alarma acustica în caz de dezechilibru. Display Digital, cu afisarea semnalului pentru capac deschis/închis. Buton "quick spin" pentru centrifugare rapida Nivelul de zgomot ≤64 dB. Port de vizualizare a probelor la nivelul capacului. Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete: 10 ml (16x100 mm), 15 ml (16x125 mm). Include set de adaptoare pentru tuburi de 5 ml (12x75 mm) și 7 ml (13x100 mm)	Declaratie de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levinga Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2