

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1685088778510 din 03.07.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 18 Lampa pentru examinare, brat articulată (caracteristici avansate) Cod 130120	Lampă pentru examinare, brat articulată Model L 511120A	Germania	Provita medical GmbH&CO .KG	Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici avansate) Cod 130120 Descriere Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 180 mm focusabil Indexul de culoare, $R_a \geq 95$ Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii da Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Distanța de lucru 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\,000$ h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulată da Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim	Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil S1. Da, lampa de examinare are braț articulată și este montată pe un stand mobil. S2. Da, alimentarea lămpii se face la 100 – 240 V AC, 50-60 Hz. S3. Da, diametrul câmpului luminos D10 este de 17 cm la 1 m, 160 mm la distanța de 1,2 m și respectiv, 200 mm la distanța de 1,2 m. S4. Da, farul luminos poate fi rotit și focusat. S5. Superior, indexul de culoare $R_a > 94$. S6. Da, temperatura culorii este de aproximativ 4,500 K . S7. Da, intensitatea luminoasă poate fi ajustată prin intermediul unui dimmer cu 4 trepte. S8. Da, lampa de examinare are înălțime reglabilă: 1570 mm la care se adaugă înălțimea brațului de 950 mm. S9. Superior, distanța de lucru a lămpii este de 727 –1690 mm. cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală. S10. Da, suportul lămpii este cu acoperire anticorozivă și este reglabil pe verticală.	Declaration of conformity

				45 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii da	S11. Da, baza stîndului este cu acoperire anticorozivă S12. Superior, tehnologia de iluminare cu putere mare tip OSRAM-LED S13. Da, durata de viață a sursei de lumină este de aproximativ 50.000 h S14. Da, creșterea temperaturii în camp luminos este mai mică de 1°. S15. Da, lampa este dotată cu braț articulat de tip cardanic S16. Superior, nivelul de iluminare al lămpii la distanța de 1 m este de aproximativ 80.000 lux S17. Da, lampa este montată pe suport mobil iar baza suportului este formată din 5 roți. S18. Superior, lampa dispune de mîner p/u ajustarea înclinării reflectorului lămpii. Acest mîner este detașabil și sterilizabil. Nr. de înregistrare la AMDM DM000499773 ordin Rg04-000101	
Lotul 20 Lampa germicida (varianta staționara) Cod 130140	Lampa germicida (varianta staționara) Model Corp cu Lampa UV 1x15W Codul produsului în broșură 019	R. Moldova	”Caravan Express” SRL	Lampă germicidă (varianta staționară) Cod 130140 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete Da Lampa cu tub inclus cu 1 tub, 15W Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000h.	Lampă germicidă (varianta staționară) Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz – Da fișa tehnică Montabila pe tavan sau perete - Da Lampa cu tub inclus cu 1 tub x 15W - broșură Spectru de raze UV + vizibil - broșură Unghiul de iradiere 180° Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000h.	Declaratie de conformitate, Fișa tehnică, Broșură, Certificat de conformitate, Aviz sanitar
Lotul 21 Lampa germicida (varianta staționara 20m) Cod 130150	Lampa germicida (varianta staționara 20m) Model Corp cu Lampa UV 1x30W Codul produsului în broșură 022	R. Moldova	”Caravan Express” SRL	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete Da Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, aria de dezinfectare ≥ 20 m²	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz – Da fișa tehnică Montabila pe tavan sau perete Da Lampă cu tub inclus 1 tub x 30W, aria de dezinfectare-40 m² -broșură Spectru de raze UV + vizibil –da broșură	Declaratie de conformitate, Fișa tehnică, Broșură, Certificat de conformitate, Aviz sanitar

				Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor $\geq 8000h$	Unghiul de iradiere 180° Timpul de funcționare a lămpilor - 8000h	
Lotul 22 Lampa germicida (variante mobila) Cod 130160	Lampa germicida (variante mobila) Model Corp cu Lampa UV 3x30W Codul produsului în broșură 023	R. Moldova	”Caravan Express” SRL	Lampă germicida (variante mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Mîner pentru transportare da min. 3 roți da min. 2 cu frînă da Numar de tuburi 3 tuburi $\geq 30W$, $\geq 30 m^2$ da Tuburile tuburile incluse în set da ≥ 8000 ore da Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da	Lampă germicida (variante mobilă) Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz fișa tehnică Suportul Mîner pentru transportare da – broșură1 4 roți dintre care 2 cu frînă - broșura2 Numar de tuburi 3 tuburi x 30W – pentru 90 m^2 Tuburile sunt incluse în set –da Timpul de funcționare a lămpilor – 8000h Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360° - da Corp cu lampă UV 3 x 30W dotat cu telecomanda și timer	Declaratie de conformitate, Fișa tehnică, Broșură 1, Broșura 2, Certificat de conformitate, Avis sanitar, CE telecomandă.
Lotul 45 Electrocardiograf 3canale, caracteristici de baza Cod 260200	Electrocardiograf 3canale, caracteristici de baza Model SE – 3	China	EDAN INSTRUM ENTS INC	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$ Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare $\geq 10 M \Omega$ Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 100 dB$	Conform Anexa 1 Nr. de inregistrare la AMDM DM000499510 Rg04-000091	CE, ISO, User manual, Datasheet, Declaration of conformity

				Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10\mu A$ Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic da LCD monochrom da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluție display $\geq 320 \times 240$ Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de	
--	--	--	--	--	--

				contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru		
Lotul 46 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Model SE - 301	China	EDAN INSTRUMENTS INC	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da	Conform Anexa 2 Nr. de înregistrare la AMDM DM000499502 Rg04-000091	CE, ISO, User manual, Datasheet, Declaration of conformity

				Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția $\geq 320 \times 240$ pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip	
--	--	--	--	--	--

				pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru		
Lotul 47 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260211	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Model SE - 301	China	EDAN INSTRUMENTS INC	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260211 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3	Conform Anexa 3 Nr. de înregistrare la AMDM DM000499502 Rg04-000091	CE, ISO, User manual, Datasheet, Declaration of conformity

				Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția $\geq 320 \times 240$ pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Troleu pe roțile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da	
--	--	--	--	--	--

				≥ 2 roți cu frână da mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da braț articulată pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da sistem de fixare dispozitivului de suport da		
Lotul 49 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260222	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Model SE – 601B	China	EDAN INSTRUMENTS INC	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260222 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensibilitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 100 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s	Conform Anexa 4 Nr. de înregistrare la AMDM DM000499500 Rg04-000091	

				Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscris, filtru, derivațiile da Marime ecran ≥ 5 inch Rezoluția $\geq 320 \times 240$ pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă $\geq 2,5$ h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc.	
--	--	--	--	--	--

				Gel de contact 1 litru Troleu pe roțile da, (indicați modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frână da mâner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da braț articulată pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport da		
Lotul 57 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale Model IX 15	China	Edan	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonală ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 și 5 electrozi da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensibilitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da	Conform anexei 7	CE, ISO, Fișa tehnică

				Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm Protecție în portiva șocurilor de defibrilare da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% $\leq 2\%$ Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP da Metoda de măsurare oscilometrică Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg Modul IBP Modul IBP da Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1 mmHg Sensivitatea de intrare 5 μV/mmHg Monitorizarea unei IBP da Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 da Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Incorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50	
--	--	--	--	--	--

				mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora da Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzută/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablul ECG cu 3 electrozi 1 buc. cu 5 electrozi 1 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare 300buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește 2 buc. Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1buc. Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) 2 set. Hîrtie termică 10 buc. Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv adult, unică utilizare 5 set. Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set. Troleu pe roțile Indicați modelul oferit min. 5 roțile da min. 2 roțile cu frînă da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da sistem de fixare a dispozitivului de suport da	
--	--	--	--	--	--

Lotul 79 Cardiomonitor fetal Cod 260800	Cardiomonitor fetal Model Star-5000C	China	Comen	Cardiomonitor fetal. Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulativă - 1...2.5 MHz Frecvența cardiacă a fătului 30-240 bpm Activitatea uterină da Referință control zero da Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Numărul de canale 2 Imprimantă termică, încorporată Alarmer vizuale și acustice Afișaj LCD, color Conexiunea PC da Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii: Hîrtie pentru imprimantă- 5 buc. Electrozi- setul complet Gel de contact- 1 l Suport pe roțile (M01)	Cardiomonitor fetal. Model Star-5000C Parametru Specificație Antepartum/intrapartum/postpartum Da Ultrasunet undă continuă sau pulativă - 1...3 MHz Da Frecvența cardiacă a fătului 30-250 bpm Da Activitatea uterină Da Referință control zero Da Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Da Numărul de canale 2 Da Opțiunea pentru gemeni activată Imprimantă termică, încorporată Da Alarmer vizuale și acustice Da Afișaj LCD, color 12 inch Da Conexiunea PC Da Alimentarea 220 V, 50 Hz Da Accesorii: Hîrtie pentru imprimantă- 5 buc. Da Electrozi- setul complet Da Gel de contact- 1 l Da Suport pe roțile (M01) DM000414411ordin Rg04-000003	CE, Dec of conformity, broșure
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Petru Movilă 23/5,ap (of)3