Specificații tehnice

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1652179233133 Data: „20” mai

Denumirea procedurii: Consumabile medicale necesare Secției chirurgie toracică cabinetul de bronhoscopie și Secției endocrinologie pentru anul 2022 Lot: 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8
3310000-1	1	Sensori (5 transmițătoori cu titlu gratuit)	Senzor glicemie	A7+TouchCare ® System, model MD3026	China	Medtrum Technologies Inc.	Specificațiile Senzorului de Glucoză: Intervalul Glicemic: 2,5~22,0 mmol/L Durata de viață a Senzorului: până la 14 zile	Conform cerințelor autorității contractante. Senzor de glicemie model MD3026; (pagina 17 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide) Intervalul Glicemic: 2,2~22,2 (pagina 229) Durata de functionare până la 14 zile (pagina 229-230 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Rezistent la apa: IPX8 (2.5 m, 60 min) (pagina 229 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Steril, metoda de Sterilizare: Prin radiație (pagina 229-230 Ghid UtilizaturulA7+TouchCare® System User guide); Sistemul A7+TouchCare® System este recomandat spre utilizare începînd cu vîrsta de la 2 ani (pagina 1 Ghidul	ISO, CE
			Transmițător de date	A7+TouchCare ® System, model MD 1026	China	Medtrum Technologies Inc.	1. Specificațiile Transmițătorului: Distanța de Comunicare wireless: 6- 10 Conectarea cu ≥2 aparținători	Conform cerințelor autorității contractante. Transmițător de date model MD 1026, A7+TouchCare® System compatibil cu Senzorul de glicemie model MD3026 (pagina 17 Ghidul utilizaturului A7+TouchCare® System User guide); Dimensiune: 36.1 mm x 19.4 mm x 7.2 mm (pagina 229 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Greutate: 3.57 g (pagina 229 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Baterie: Integrată 3.7 V baterie litiu ion polimer (pagina 229 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Cablul de reincarcare, model LQ005 (pagina 17 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Rezistent la apa: IPX8 (2.5 m, 60 min) (pagina 229 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Clasificare: Tipul echipamentului BF, funcționare continua (pagina 229 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Stocarea datelor: Stochează automat datele din ultimele 14 zile (pagina 229 Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Distanta de comunicare wireless: 10 m (pagina 229Ghidul utilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide); Durata functionare: 1 an (vezi pagina 229 din Ghidul UtilizaturuluiA7+TouchCare® System User guide).	ISO, CE

Semnat:_____Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4

Digitally signed by Șarco Alexandru
Date: 2022.05.19 13:46:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova