

Specificatie Tehnica Completată

Model: 9L-D; PN: H40442LM; DM000561432; GE VINGMED ULTRASOUND AS; Norvegia.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant
Descriere: *Domeniu de aplicare - Vase periferice, abdomen, musculoscheletal, tiroidă, părți mici, etc.; *Tip - sondă cu matrice lineară; *Dimensiune suprafață de contact - maxim 15x55mm; *Frecvență de lucru - cel puțin în tot diapazonul 2.4-10.0 MHz; *Câmp de vizualizare - minim 45mm; *Adâncime de vizualizare - minim 16cm; *Cu certificări de testare de la uzină; *Cu instrucțiuni de întreținere și dezinfecție; Condiții: *Împachetată în cutie specializată de transport; *Compatibilă cu USG din dotare "Vivid S70N, GE"; *Termen de livrare și instalare după caz - maxim 30 zile de la semnarea contractului; Montare: *De către operatorul economic desemnat câștigător; Garanție: *Minim 12 luni;	Descriere: Sonda 9L-D vezi pag. 20 din Vivid S70N Version 206 - Product Datasheet *Domeniu de aplicare - Vase periferice, abdomen, musculoscheletal, tiroidă, părți mici, etc.; DA *Tip - sondă lineară; *Dimensiune suprafață de contact -14x53mm; DA *Frecvență de lucru - în tot diapazonul 2.0 -10.0 MHz; DA *Câmp de vizualizare - 45mm; DA *Adâncime de vizualizare - 16cm; DA *Cu certificări de testare de la uzină; DA *Cu instrucțiuni de întreținere și dezinfecție; DA Condiții: *Împachetată în cutie specializată de transport; DA *Compatibilă cu USG din dotare "Vivid S70N, GE"; *Termen de livrare și instalare după caz - maxim 30 zile de la semnarea contractului; DA Montare: *De către operatorul economic desemnat câștigător; Garanție: DA *Minim 12 luni; DA