

Specificații tehnice (F4.1)							
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1709215368773		Data: „29” februarie 2024		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024 (repetat)		Lot: 1, 2, 3		Pagina: 1din 3	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
33100 00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (copii 3 luni-18 ani)	Oticon Play FX 2 MiniBTE T	Danemarca	SBO HEARING A/S	<p>Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (copii 3 luni-18 ani)</p> <p>Durata însușirii pe pișa mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiența clinică a aparaturilor auditive în țările avansate în protezarea podiatrică Nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor)</p> <p>Înălțimea maximă 128 dB și mai mult</p> <p>Căștigul maximal 56-80 dB</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional")</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențelor >=200Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențelor <=5000Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5%</p> <p>Numerul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare</p> <p>Poșibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii)</p> <p>Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA</p> <p>Anti-feedback - prezent</p> <p>Dimensiuni minime ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii</p> <p>Accesorii unui set PA - 1 buc; Baterie "Zinc-Air" 12 buc Obligator 1 obiect individual pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii obiect individual, model...</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogrammei)</p> <p>Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilaj necesar și specialiști de profil Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la îndemnul comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerintele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesare a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificiale).</p>	<p>Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (copii 3 luni-18 ani) - Instrucțiuni de utilizare, pagina - 8</p> <p>Anul lansării pe pișa mondială: Februarie 2022; Scrisoarea de la producător</p> <p>Experiență clinică a aparaturilor auditive în țările avansate în protezarea podiatrică - nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor) - Scrisoarea de la producător cu referințe: (Statement on clinical data for Oticon Play P22 MiniBTE)</p> <p>Înălțimea maximă- 132 dB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 3</p> <p>Căștigul maximal- 63 dB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 3</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențelor - 100 Hz; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 3</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențelor - 7500 Hz; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 3</p> <p>Nivelul de zgomot - 18 DB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice 500 Hz - <4%, 800Hz - <4%, 1600 Hz - <2% Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 3</p> <p>Poșibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare... Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 3 și Instrucțiuni de utilizare, pagina - 49</p> <p>Anti-feedback - Prezent Brochure, pagina 12</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural. Documentația tehnică captată de ecran din programul Genie 2</p> <p>Numerul canalelor de prelucrare numerica a sunetului- 48 canale de frecvență; Documentație tehnică (Technical data sheet); pagina - 1</p> <p>Dimensiuni minime ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii</p> <p>Accesorii unui set proteza auditiva- 1 buc, baterie „zinc-air”- 12 buc, obiect individual- 1 buc (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului). Pentru copii obiect individual, model...</p> <p>Reglarea protezei- pe perioada garanției reglarea gratuita a aparatului fiecare 3 luni (după datele audiogrammei);</p> <p>Termenul de garanție- 24 de luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic);</p> <p>Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilaj necesar și specialiști de profil. Prezentarea mostrelor. Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesare a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificiale). Modelul poate fi identificat după numele său.</p> <p>Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 1, 3</p>
33100 00-1	2	Proteze auditive pentru surditate severă (copii 3 luni-18 ani)	Oticon PG 10 BTE SP	Danemarca	SBO HEARING A/S	<p>Proteze auditive pentru surditate severă (copii 3 luni-18 ani)</p> <p>Durata însușirii pe pișa mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiența clinică a aparaturilor auditive în țările avansate în protezarea podiatrică Nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor)</p> <p>Înălțimea maximă 134 dB și mai mult</p> <p>Căștigul maximal 75 dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional")</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențelor >=220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențelor <=5000Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Numerul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare</p> <p>Poșibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii)</p> <p>Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA</p> <p>Anti-feedback Prezent</p> <p>Dimensiuni minime ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii</p> <p>Accesorii unui set PA - 1 buc; Baterie "Zinc-Air" 12 buc Obligator 1 obiect individual pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii obiect individual, model...</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogrammei)</p> <p>Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilaj necesar și specialiști de profil Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la îndemnul comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerintele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesare a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificiale).</p>	<p>Proteze auditive pentru surditate severă (copii 3 luni-18 ani) - Instrucțiuni de utilizare, pagina - 4</p> <p>Anul lansării pe pișa mondială: August 2019; Scrisoarea de la producător</p> <p>Experiență clinică a aparaturilor auditive în țările avansate în protezarea podiatrică - nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor) - Scrisoarea de la producător cu referințe: (Statement on clinical data for PG10 BTE SP)</p> <p>Înălțimea maximă- 143 dB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Căștigul maximal- 83 dB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențelor - 100 Hz; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențelor - 6500 Hz; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Nivelul de zgomot - 18 DB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 3</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice 500 Hz - <4%, 800Hz - <2%, 1600 Hz - <2% Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Poșibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare... (Technical data sheet), pagina - 2 și Instrucțiuni de utilizare, pagina - 28</p> <p>Anti-feedback - (Technical data sheet), pagina -1 Documentația tehnică captată de ecran din programul Genie 2</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural. Documentația tehnică captată de ecran din programul Genie 2</p> <p>Numerul canalelor de prelucrare numerica a sunetului- 48 canale de frecvență; Documentație tehnică (Technical data sheet); pagina - 1</p> <p>Dimensiuni minime ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii</p> <p>Accesorii unui set proteza auditiva- 1 buc, baterie „zinc-air”- 12 buc, obiect individual- 1 buc (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului). Pentru copii obiect individual, model...</p> <p>Reglarea protezei- pe perioada garanției reglarea gratuita a aparatului fiecare 3 luni (după datele audiogrammei);</p> <p>Termenul de garanție- 24 de luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic);</p> <p>Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilaj necesar și specialiști de profil. Prezentarea mostrelor. Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesare a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificiale). Modelul poate fi identificat după numele său.</p> <p>Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 1, 2</p>
33100 00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (copii 3 luni-18 ani)	Oticon PG 10 BTE SP	Danemarca	SBO HEARING A/S	<p>Proteze auditive pentru surditate profundă (copii 3 luni-18 ani)</p> <p>Durata însușirii pe pișa mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiența clinică a aparaturilor auditive în țările avansate în protezarea podiatrică Nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor)</p> <p>Înălțimea maximă 140 dB și mai mult</p> <p>Căștigul maximal 81 dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional")</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențelor >=220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențelor <=5000 Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Numerul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 18 și mai mare</p> <p>Poșibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii)</p> <p>Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA</p> <p>Anti-feedback Prezent</p> <p>Dimensiuni minime ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii</p> <p>Accesorii unui set PA - 1 buc; Baterie "Zinc-Air" 12 buc Obligator 1 obiect individual pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Nești pentru copii obiect individual, model...</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogrammei)</p> <p>Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilaj necesar și specialiști de profil Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la îndemnul comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerintele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesare a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificiale).</p>	<p>Proteze auditive pentru surditate profundă (copii 3 luni-18 ani) - Instrucțiuni de utilizare, pagina - 4</p> <p>Anul lansării pe pișa mondială: August 2019; Scrisoarea de la producător</p> <p>Experiență clinică a aparaturilor auditive în țările avansate în protezarea podiatrică - nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor) - Scrisoarea de la producător cu referințe: (Statement on clinical data for PG10 BTE SP)</p> <p>Înălțimea maximă- 143 dB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Căștigul maximal- 83 dB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențelor - 100 Hz; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențelor - 6500 Hz; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Nivelul de zgomot - 18 DB; Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice 500 Hz - <4%, 800Hz - <2%, 1600 Hz - <2% Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 2</p> <p>Poșibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare... (Technical data sheet), pagina - 2 și Instrucțiuni de utilizare, pagina - 28</p> <p>Anti-feedback - Documentația tehnică - captată de ecran din programul Genie 2</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural. Documentația tehnică captată de ecran din programul Genie 2</p> <p>Numerul canalelor de prelucrare numerica a sunetului- 48 canale de frecvență; Documentație tehnică (Technical data sheet); pagina - 1</p> <p>Dimensiuni minime ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii</p> <p>Accesorii unui set proteza auditiva- 1 buc, baterie „zinc-air”- 12 buc, obiect individual- 1 buc (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului). Pentru copii obiect individual, model...</p> <p>Reglarea protezei- pe perioada garanției reglarea gratuita a aparatului fiecare 3 luni (după datele audiogrammei);</p> <p>Termenul de garanție- 24 de luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic);</p> <p>Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilaj necesar și specialiști de profil. Prezentarea mostrelor. Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesare a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificiale). Modelul poate fi identificat după numele său.</p> <p>Documentație tehnică (Technical data sheet), pagina - 1, 2</p>

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1709215368773

Data: „29” februarie 2024

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024 (repetat)

Lot: 1, 2, 3

Pagina: 2 din 3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire poziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	VALOAREA ESRIMATĂ
1	2	3	4.00	5	6	7	8	9			
33100-00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (copii 3 luni-18 ani)	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (copii 3 luni-18 ani)	buc	30	2.000.00	2.042.00	60.000.00	61.260.00	2 tranșe: mai; septembrie	60.000.00
33100-00-1	2	Proteze auditive pentru surditate severă (copii 3 luni-18 ani)	Proteze auditive pentru surditate severă (copii 3 luni-18 ani)	buc	40	2.100.00	2.142.00	84.000.00	85.680.00	2 tranșe: mai; septembrie	100.000.00
33100-00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (copii 3 luni-18 ani)	Proteze auditive pentru surditate profundă (copii 3 luni-18 ani)	buc	40	2.100.00	2.142.00	84.000.00	85.680.00	2 tranșe: mai; septembrie	126.000.00
TOTAL								228.000.00	232.620.00		286.000.00

Suma total: **228,000.0000** **232,620.0000**

Mojila Violetta in calitate de director

Distribuitor Prim SRL Adresa: Chisinau, Bd. Dacia, 38, of. 1