

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de ocde-b3wdp1-MD-1675699802351 din data 06/02/2023 din Serviciul achizitii publice
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 46 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	PST- 0710-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da	P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 7FR 10 cm SUBCLAVIAN	ISO, CE

				Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.		
Lot nr. 47 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	PST-0710-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico- medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm	P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 7FR 10 cm SUBCLAVIAN	ISO, CE

				Ghid metallic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.		
Lot nr. 48 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	PST-0713-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metallic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm	P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 7FR 13 cm SUBCLAVIAN	ISO, CE

				Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.		
Lot nr. 49 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	PST-0810-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥ 600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 8FR 10 cm SUBCLAVIAN	ISO, CE
Lot nr. 50 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120	PST-0813-S	Turcia	DLR MEDİKAL	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere	P-Line Pediatric Double Lumen Short term	ISO, CE

mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului			SAN. ve DIȘ TÎC. LTD. ȘTÎ.	biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	Hemodialysis cath set 8 FR 13 cm SUBCLAVIAN	
Lot nr. 51 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	PST-0815-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIȘ TÎC. LTD. ȘTÎ.	Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale	P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 8FR 15 cm SUBCLAVIAN	ISO, CE

				Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min		
Lot nr.52 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	PST-0813-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da	P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 8FR 15 cm SUBCLAVIAN	ISO, CE

				Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.		
Lot nr. 53 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	PST-0815-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani	P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 8FR 15 cm SUBCLAVIAN	ISO, CE

				Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min		
Lot nr. 82 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălti	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico- medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerințe specifice	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBLAVIAN	ISO, CE

				Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.		
Lot nr. 83 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	DDLC-14524-SV	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico- medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set vîrstnici) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizator,	OPTIMA-II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER SET 14,5FR 24cm STRAIGHT	ISO, CE

				seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2		
--	--	--	--	---	--	--

Lot nr. 101 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60-max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥ 500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBLAVIAN	ISO, CE
Lot nr. 153 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR	DDL C-14524-SV	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe "termen lung" (set vîrstnici) Cerințe generale	OPTIMA-II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER SET 14,5FR 24cm STRAIGHT	ISO, CE

				Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizador, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F		
--	--	--	--	---	--	--

				Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway” (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2		
Lot nr. 167 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, SCM Sfînta Treime, IMPS SR Comrat	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBLAVIAN	ISO, CE

				Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadır-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21