

**Specificații tehnice (F4.1)**

Achiziții cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1608725650144			Data: „30” Decembrie 2020			Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: "Consumabile medicale"			Lot: _____			Pagina: __ din __		
Nr. Lotului	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33140000-3	Lancete sterile pentru colectarea sângelui din deget la copii	21G	SUA	ACON	În ambalaj din plastic, individual, cu ac 21G ascuns, automate, lungimea acului de 5,0 mm, adâncimea punției 1,8 mm. Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	În ambalaj din plastic, individual, cu ac 21G ascuns, automate, lungimea acului de 5,0 mm, adâncimea punției 1,8 mm. Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Certificat CE; ISO
5	33140000-3	Eprubete din polisterol (transparente) 10 ml, conice, fără dop, fără etichetă	318304	Italia	Syntesys	Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Eprubete din polisterol (transparente) 10 ml, conice, fără dop, fără etichetă. Prezentarea mostrelor în 5 zile de la momentul luării deciziei la cerere.	Certificat CE; ISO
8	33140000-3	Eprubete cu dop din polipropilen cu citrat de sodium pentru 2,5 ml de sînge, p/u investigații coagulologice.	318614	Italia	Syntesys	Pe etichetă să fie indicate: data, test, numele, lot, valabilitatea. Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Eprubete cu dop din polipropilen cu citrat de sodium pentru 2,5 ml de sînge, p/u investigații coagulologice. Pe etichetă să fie indicate: data, test, numele, lot, valabilitatea. Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Certificat CE; ISO
11	33140000-3	Pipeta serologică 1,0 ml gradată, ambalată individual	323205	Italia	Syntesys	Gradată, ambalată individual. Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Pipeta serologică 1,0 ml gradată, ambalată individual. Gradată, ambalată individual. Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Certificat CE; ISO
13	33140000-3	Lame din sticlă, lungimea- 76 mm, lățimea- 25 mm, grosimea- 1 mm	371115	Italia	Syntesys	Șlefuite și matuite la un capăt, unghi drept, 19 mm. Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Lame din sticlă, lungimea- 76 mm, lățimea- 26 mm, grosimea- 1 mm. Șlefuite și matuite la un capăt, unghi drept, 19 mm. Prezentarea mostrelor de la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Certificat CE; ISO
20	33140000-3	Soluție Azopiram	A-50101	Federația Rusă	EcoTest-Control	Soluție Azopiram in set	Soluție Azopiram in set, 100ml	Certificat de calitate
22	33140000-3	Periuță ginecologică cervicală	318093	Italia	Syntesys	Sterilă, din plastic	Periuță ginecologică cervicală, sterilă, din plastic	Certificat CE; ISO
23	33140000-3	Teste pentru glucometru	On Call Plus G133-111	SUA	ACON	Se solicită 8 buc de dispozitive de măsurare a glicemiei oferit cu titlul gratuit	Se vor oferi 8 buc de dispozitive de măsurare a glicemiei cu titlul gratuit	Certificat CE; ISO
31	33140000-3	Specule vaginale	310105	Italia	Syntesys	Marimea Mediu, sterile	Marimea Mediu, sterile	Certificat CE; ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9