

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21012275						din 21.09.2019		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Transductor pentru USG My Lab.40						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Conform necesitatilor Centrul republican de reabilitare pentru copii								
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33124130-5		Lotul 1						
		Diagnostic Ultrasound Transducer ES3P240	ES3P240	Taiwan	Broadsound Corporation	Cu parametri 4-1.6 MHz Inregistrat RM	Arătare cu fază de 4–1,6 MHz Cardiologie pediatrică și neonatală Model OEM corespondent - Esaote PA240 Inregistrat in RM	CE
		Diagnostic Ultrasound Transducer ES8L523	ES8L523	Taiwan	Broadsound Corporation	Cu parametri 13-4.0 MHz Inregistrat RM Linear 46 mm	Tip tip Array: Linear Frecvența nominală: 13-4MHz Unghiul sectorului / câmpul vizual: 46 mm Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: Piese mici, periferice. Cap de scanare: 115 mm (lungime) * 65 mm (lățime) * 30 mm (înălțime) Cablul: aproximativ 2 metri (lungime) * 8 mm (diametru) Conector: 150 mm (lungime) * 60 mm (lățime) * 95 mm (înălțime) Greutatea sondei: 1,1 kg. Model OEM corespondent - Esaote LA523 Inregistrat in RM	CE
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23