

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1678893907083
Obiectul achiziției: “Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (listă suplimentară 6)”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Masa pentru operație de profil ortopedic cu accesorii (poziția 6.1)	Comfort 300 (-519)	China	VG Medical	Masă pentru operație de profil ortopedic cu accesorii Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade Secția din spate de la +80 la -45 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +25 la -90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +45 la -45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență pentru C-arm da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da	Masă pentru operație de profil ortopedic cu accesorii Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile mesei Lungimea 205 cm Lățimea 52 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 65 - 110 cm Deplasarea longitudinală 32 cm Trendelemburg 30 grade Inversarea trendelemburgului 30 grade Secțiile mesei 5 secții Înclinarea: Laterală 20 grade Secția din spate de la +75 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +20 la -90 grade detașabilă divizată Secția cap de la +45 la -45 grade (minim) Greutatea pacientului 280 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență pentru C-arm da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da	CE, ISO

				Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulica Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 20 manipulări Telecomndă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii Suport cot 2 unit. Suport umăr 2 unit. Suport picioare 2 unit. Suport torace 2 unit. Suport mână (decubit lateral) 1 unit. Stand pentru perfuzie 1 unit. Curea pentru fixarea corpului 1 unit. Suport pentru ecran de anestezie 1 unit. Extensie traumatologică: Două atașamente ortopedice confecționate din inox sau fibră de carbon rezistentă da Să fie produs de același producător ca și masă de operație da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după lungime, manual sau automat da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după inaltime, manual sau automat da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după miscari laterale, manual sau automat da Posibilitate de fixare a atașamentului la masa de operație da Suport pentru genunchi- îndoit longitudinal și reglabil lateral pe articulația sferică, cu pernă, curea de fixare și cleme 2 unit. Suport la nivelul bazinului, amplasat între picioare pentru prevenirea căderii pacientului 1 unit. Suport sold pentru pozitia decubit lateral 1 unit. Suport pentru bratele de fixare ortopedice 2 unit. Carucior pentru instalarea atasamentului ortopedic 1 unit.	Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulica Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 20 manipulări Telecomandă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii Suport cot 2 unit. (5737.0007) Suport umăr 2 unit. (1601.0350) Suport picioare 2 unit. (5737.3015+1401.0000) Suport torace 2 unit. (1518.1000+1402.2000) Suport mână (decubit lateral) 1 unit. (1508.0000+1402.2000) Stand pentru perfuzie 1 unit. (5737.3008) Curea pentru fixarea corpului 1 unit. (1601.0000) Suport pentru ecran de anestezie 1 unit. (5737.0005+1402.2000) Extensie traumatologică: (YQ-1102) Două atașamente ortopedice confecționate din inox sau fibră de carbon rezistentă da Produs de același producător ca și masă de operație da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după lungime, manual da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după inaltime, manual da Posibilitatea de reglarea a fiecărui picior separat după miscari laterale, manual da Posibilitate de fixare a atașamentului la masa de operație da Suport pentru genunchi- îndoit longitudinal și reglabil lateral pe articulația sferică, cu pernă, curea de fixare și cleme 2 unit. (401.000036+1401.0000) Suport la nivelul bazinului, amplasat între picioare pentru prevenirea căderii pacientului 1 unit. – da (YQ-1102) Suport șold pentru pozitia decubit lateral 1 unit. (1415.0007) Suport pentru bratele de fixare ortopedice 2 unit. (YQ-1102) Carucior pentru instalarea atașamentului ortopedic 1 unit. (YQ-1102)
--	--	--	--	---	---

				Suport mobil pentru păstrare a echipament suplimentar de atașament ortopedic 1 unit. Încălțăminte pentru fixarea ortopedică 2 unit. Atașament pentru operare mâinilor 2 unit. Atașament pentru operații la umăr, tetieră 1 unit. Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da	Raft pentru păstrare a echipamentului suplimentar al atașamentului ortopedic plasat sub cărucior pentru instalarea atașamentului ortopedic 1 unit. (YQ-1102) Încălțăminte pentru fixarea ortopedică 2 unit. (YQ-1102) Atașament pentru operare mâinilor 2 unit. (401.000024) Atașament pentru operații la umăr, tetieră 1 unit. (1415.0005) Garanție ≥ 2 ani da Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Transportare la locul necesar da Instalarea și testarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică, etc. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces, etc. da	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)