

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780915193538 din 15 iun 2026, 15:00 - 22 iun 2026, 15:00

Obiectul achiziției: Dispozitive medicale „REPETAT”

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	2	Mașina de spalare si curatare a endoscopului	Medivators ISA(MED-ISA)	Italia	Steris-Cantel	<p>DISPOZITIV PENTRU REPROCESAREA AUTOMATA A ENDOSCOAPELOR</p> <p>a) Concepute pentru a dezinfecta și steriliza folosind un sistem automat de spalare și curatare a endoscopului tip Olympus și Storz, aflate în dotarea instituției medicale. În caz de incompatibilitate cu ambele modele, de preferință tipul Olympus.</p> <p>b) Static pe podea sau masa</p> <p>c) Sa fie certificate dupa standardele de igiena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN ISO 15883-1,4,5 :2019 - EN ISO 14937, cu o reductie de cel puțin 10⁶ microorganisme <p>d) Un ciclu deplin sa contina urmatoarele etape:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curatirea/Spalarea - Clatirea - Dizinfecția/Sterilizarea - Clatirea - Uscarea canalelor <p>e) In caz de necesitate sa fie posibil de adaugat o etapa aditionala de precuratire.</p> <p>f) Monitorizarea si controlul fluxului de solutii prin canalele endoscopului, pentru fiecare canal separat, pentru a asigura ca este efectuata dezinfectia conform normelor de reprocesare. In cazul cand nu sunt atinse valorile necesare, sa fie emisa alarma cu mentiunea canalului la care nu s-au respectat cerintele. Daca in timpul reprocesarii s-a deconectat un canal de la endoscop, la fel sa se emita alarma de deconectare a canalului</p>	Anexa nr.1	DM000197378 DM000197599 DM000197380

				<p>g) Verificarea si detectarea automata a scurgerilor endoscopului sa fie efectuata pe parcursul intregului ciclu de dezinfectie</p> <p>h) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare: ≤ 25min</p> <p>i) Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid)</p> <p>j) Compatibilitatea multipla</p> <p>k) Reservoir pentru endoscoape ≥ 25 litri</p> <p>l) Variatia de temperatura ≤ 42 grade</p> <p>m) Incarcarea detergent Automata</p> <p>n) Alarma Automata</p> <p>o) Stand pe roti</p> <p>p) Autodezinfectare da</p> <p>q) Endoscoape per ciclu ≥ 1</p> <p>r) Solutii de dezinfectie pentru minim 100 cicluri de sterilizare depline.</p> <p>s) Impreuna cu conectoare, la care se poate de conectat endoscoapele din institutia medicala</p> <p>t) Sistem de prefiltrare a apei, cu o calitate de filtrare de cel putin 0.02microni, pentru a proteja filtrele interne de la blocaje din cauza impuritatii din apa. Include in oferta deservirea acestui filtru si piesele pentru 5 ani de zile.</p> <p>u) Imprimanta, pentru a putea scoate raportul de dezinfectie, unde sunt mentionate toate etapele parcurse cu timpul pe fiecare etapa, mentiunea operatorului care a pornit procesul si rezultatul final.</p> <p>v) Compresor de aer inclus in oferta, in cazul cand dispozitivul are nevoie de compresor pentru functionare.</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**