



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Universitatea de Stat din Tiraspol
Botezatu Ion Telefonul de contact 067728589E-mail ionbotezatu@mail.ru
ocds-b3wdp1-MD-1553084138006 din 30.03.2019

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	38900000-4	Cabinet de siguranță biologică.	BSC-1500IIA2-X	China	Biobase	Dimensiuni externe (mm):1500x850x2200; Dimensiuni interne (mm): 1300x600x660; Filtru principal: HEPA (o piesă); Performanță de filtrare: 99.999% (0.3 microni);Filtru de evacuare: HEPA filtru; Performanță de filtrare: 99.999% (0.3 microni); Viteza de intrare: 0.65m/s±0.015m/s;Viteza de evacuare: 0.37m/s±0.015m/s; Circularea aerului:30%; Aerul evacuat: 70%; Sistem de control: Micro-procesor; Panoul frontal: sticlă securizată multistrat, dublă;Iluminare: 800Lux ~ 1100Lux; Zgomot: <65dB; Nivel purificării:Clasa 100; Tensiune nominală: 110V~240V/50Hz~60Hz . Putere: 800W; Colectare:> 4000ml. Montat cu supapă de evacuare;Vibrația:depla-sarea netă nu depășește 5rms, când frecvența este de la 10Hz la 10Hz; Material:Oțel inoxidabil tip 304 pentru interiorul zonei de lucru; Stabilitate: partea centrală poate rezista la presiunea de 23 kg fără distorsiuni permanente; Siguranța produsului: ger-menul microorganismului scade <5CFU / timp; Siguranța infectării: germe-nul microorganismului sca-de <2CGU / timp. (BSC-1500IIA2-X sau echivalent).	Dimensiuni externe (mm):1500x850x2200; Dimensiuni interne (mm): 1300x600x660; Filtru principal: HEPA (o piesă); Performanță de filtrare: 99.999% (0.3 microni);Filtru de evacuare: HEPA filtru; Performanță de filtrare: 99.999% (0.3 microni); Viteza de intrare: 0.65m/s±0.015m/s;Viteza de evacuare: 0.37m/s±0.015m/s; Circularea aerului:30%; Aerul evacuat: 70%; Sistem de control: Micro-procesor; Panoul frontal: sticlă securizată multistrat, dublă;Iluminare: 800Lux ~ 1100Lux; Zgomot: <65dB; Nivel purificării:Clasa 100; Tensiune nominală: 110V~240V/50Hz~60Hz . Putere: 800W; Colectare:> 4000ml. Montat cu supapă de evacuare;Vibrația:depla-sarea netă nu depășește 5rms, când frecvența este de la 10Hz la 10Hz; Material:Oțel inoxidabil tip 304 pentru interiorul zonei de lucru; Stabilitate: partea centrală poate rezista la presiunea de 23 kg fără distorsiuni permanente; Siguranța produsului: ger-menul microorganismului scade <5CFU / timp; Siguranța infectării: germe-nul microorganismului sca-de <2CGU / timp. (BSC-1500IIA2-X sau echivalent).	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	38900000-4	Cabinet de siguranță biologică.	Buc.	1	75'000.0000	90'000.0000	75'000.00	90'000.00	în termen de 14 zile de la semnarea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							75'000.00	90'000.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2000.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

