

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1730122354303								
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical								
Autoritatea contractantă: Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare								
Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea lot	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	3	Dispozitiv de magnetoterapie cu intensitate joasă, analog Almag 02, variana 2	Almag 02, variana 2	Rusia	Elamed	Configurația dispozitivului reprezintă următoarea schemă: emițător principal (EM), linie de emiterie flexibilă (LIG), emițător local disc (LI)-2buc. caracteristici tehnice: - alimentare 220 V, 50Hz; - valoarea amplitudinii inducției magnetice a câmpului magnetic pulsat de la 2 la 45 mT; - direcția fixă a câmpului magnetic; - frecvența de repetare a pulsului de la 1 la 100 Hz; - timpul de funcționare poate fi setat de la 1 la 30 minute; - numărul de programe specificate aproximativ 80; - tipuri de câmpuri magnetice: • curg de sus în jos, de jos în sus • curg de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta • staționare - masa aparatului nu este mai mare de 11 kg	Configurația dispozitivului reprezintă următoarea schemă: emițător principal (EM), linie de emiterie flexibilă (LIG), emițător local disc (LI)-2buc. caracteristici tehnice: - alimentare 220 V, 50Hz; - valoarea amplitudinii inducției magnetice a câmpului magnetic pulsat de la 2 la 45 mT; - direcția fixă a câmpului magnetic; paj.21 - frecvența de repetare a pulsului de la 1 la 100 Hz; paj.22 - timpul de funcționare poate fi setat de la 1 la 30 minute; paj.22 - numărul de programe specificate aproximativ 79; paj.10 - tipuri de câmpuri magnetice: • curg de sus în jos, de jos în sus paj.24. • curg de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta paj.25 • staționare - masa aparatului nu este mai mare de 9 kg ,paj.22	Declarații de conformitate

33100000-1	4	Termostat cu aer uscat	TC-80	Ucraina	Mi-zma	Caracteristici tehnice: Control: automat Răcire forțată: nu Convecție: da Volumul camerei: 80 litri Corp: metal Cameră: oțel inoxidabil Temperaturi setate: t ambiant +5...+70 °C Consum de energie: 0,3 kW Inclus: 2 rafturi Lățime, mm 510+15 Adâncime, mm 531+15 Înălțime, mm 728+15 Dimensiunile camerei (LxAxH), mm 394x394x490+10 Greutate, nu mai mult, kg 37 Volumul camerei: 80l Corp metalic cu acoperire cu pulbere Cameră din oțel inoxidabil Uși 2 buc. (dintre care 1 din sticlă suplimentară) Temperaturi setate t amb. cf. +5...+70 °C Timp de setare a modului de funcționare la t=37 °C, h nu mai mult de 2 Oprire de urgență în caz de supraîncălzire, °C >75 °C Este disponibilă convecția Timp de funcționare continuă, 500h Consumul de energie, 0.3kW Sursă de alimentare, 220V/50Hz Garanția : 12 luni.	Caracteristici tehnice: Control: automat Răcire forțată: nu Convecție: da Volumul camerei: 80 litri Corp: metal Cameră: oțel inoxidabil Temperaturi setate: t ambiant +5...+70 °C Consum de energie: 0,3 kW Inclus: 3 rafturi Lățime, mm 520 Adâncime, mm 604 Înălțime, mm 750 Dimensiunile camerei (LxAxH), mm 356x444x516 Greutate, nu mai mult, kg 37 Volumul camerei: 80l Corp metalic cu acoperire cu pulbere Cameră din oțel inoxidabil Uși 2 buc. (dintre care 1 din sticlă suplimentară) Temperaturi setate t amb. cf. +5...+70 °C Timp de setare a modului de funcționare la t=37 °C, h nu mai mult de 2 Oprire de urgență în caz de supraîncălzire, °C >70 °C, paj.4 Este disponibilă convecția Timp de funcționare continuă, 500h Consumul de energie, 0.3kW Sursă de alimentare, 220V/50Hz Garanția : 12 luni.	Declaratii de conformitate
------------	---	------------------------	-------	---------	--------	---	---	----------------------------

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova