

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1587559260227 / 21022236](#).Denumirea procedurii de achiziție: «**Piese p/u utilaj medical – 2020**».

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100009-01	Monitor MEC-2000, Mindray	NBC-10001D+ CNT-07(M)	China	PanSW Medical	9.1.Manjetă cu conector, adult 24-35cm - manjetă cu un tub și conector de metal.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
		NBC-10001E+ CNT-07(M)	China	PanSW Medical	9.2.Manjetă cu conector, large adult 33-47cm - manjetă cu un tub și conector de metal.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
		ADP-10016A	China	PanSW Medical	9.3.Cablu de interconexiune SpO2 - lungime 2,5 m; conector din plastic cu 6 pini, compatibil cu monitorul Mec 2000.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
		ETC-10028C / ETC-10028A	China	PanSW Medical	9.4.Cablu de interconexiune ECG - p/u 3 electrozi, cu spațiu de conectare a 3 electrozi, lungime 2,9m; compatibil cu monitorul Mec 2000.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
		ETC-10028L	China	PanSW Medical	9.5.Cablu cu electrozi ECG - p/u 3 electrozi cu conectoare de tip clește; compatibil cu monitorul Mec 2000.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
		RSP-10037A	China	PanSW Medical	9.6.Senzor SpO2 - tehnologie Nellcor, reutilizabil, adult; compatibil cu monitorul Mec 2000.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
33100000-01	28.EEG Nicolet One, Natus	EEG-04	China	PanSW Medical	28.1.Electrozi auriți multi-color - lungime 1-1,5m.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
33100000-01	29.ECG-1106, Carewell	EKG-10029C	China	PanSW Medical	29.1.Cablu ECG cu 10 electrozi - compatibil cu ECG-1106.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
33100000-01	45.Perfuzor cu seringă, Mindray	021-000207-00 240x128 LCD blue backlight	China	Mindray	45.1.Afișor display - color, modul în întregime.	Conform brosurii anexate	ISO/CE

Semnat: _____
Ofertantul: **I.M. „Dutchmed-M” SRL**Numele, Prenumele: **Prodan Sveatoslav** În calitate de: **Director**
Adresa: **Mun.Chisinau, bd. Decebal,76, of.807/808**