

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
pentru
ETUVA DE USCARE DE LABORATOR

FIȘA TEHNICĂ ETUVA DE USCARE DE LABORATOR				
Nr crt.	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice oferite
1	Domeniul de utilizare		Interior în laboratorul chimic pentru uscarea sticlăriei de laborator și recipientelor de recoltare a probelor de ulei după spălarea câș și pentru alte activități conexe.	
2	Tip		Electric cu convecția naturală a aerului	DA. Ventilare forțată.
3	Camera de încălzire		Termostată din oțel inoxidabil	DA
4	Domeniu de temperatura	°C	5 - 300	DA
5	Variația temperaturii la 150 °C	±K	≤ 1.5	3.6
6	Fluctuația temperaturii la 150 °C	±K	≤ 0.4	0.3
7	TimP necesar de încălzire până la 150 °C	min	≤ 60	DA
8	TimP de revenire la 150 °C dacă ușa a fost deschisă timP de 30 secunde	min	≤ 45	DA
9	Controlul temperaturii		Digital cu programarea de timP și temperatura.	DA
10	Alimentare	V	230/400 AC	230
11	Frecvența	Hz	50	DA
12	Faze		1/3	1
13	Putere nominală	kW	≤ 1.5	≤ 2
14	Consum energetic la 150 °C	W/ora	≤ 250	-
15	Volum interior util	l	≥ 115	120
16	Încărcarea maximă	kg	≥ 150	40
17	Încărcarea pe raft	kg	≥ 30	15
18	Număr de rafturi		≥ 2	3
19	Tip raft		Perforat din oțel inoxidabil	DA.
20	Dimensiuni interioare			
-	Lățime	mm	≥ 500	750

-	Înălțime	mm	≥ 500	880
-	Adâncime	mm	≥ 400	775

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasibas

În calitate de: Director

Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova

