

Specificații tehnice (F4.1)								
							din 06.07.2021	
Numărul licitației: 21040135							Alternativ	
Denumirea licitației: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021 Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE							Lot: conform listei solicitate Pagina 1din 1	
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
3310000-1		Lotul 33						
		Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	NM-100	Chuna	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mină Electric da Multifuncțional da Putere, W ≥100 Greutate, gr ≤3500 Sterilizare,metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza maximă de rotație, r.p.m ≥600 Zgomot (db) ≤75 Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥2 Indicator stare baterie da Stație încărcare baterii da Accesorii/adaptoare Fereastră oscilant Cap rotativ 360 ° da Frecventa r.p.m ≥10000 Sterilizare, autoclavare da Fereastră alternativ Frecventa r.p.m ≥10000 Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă Sterilizare, autoclavare da Perforatoare da Alte adaptoare opțional Accesorii Lame pentru ferestrau 1 set Lame pentru ferestrau alternativ 2 buc Burghie 1 set Chee pentru fixare burghie 1 buc	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mină Electric da Multifuncțional da Putere, W ≥100 Greutate, gr ≤3500 Sterilizare,metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza maximă de rotație, r.p.m ≥600 Zgomot (db) ≤75 Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥2 Indicator stare baterie da Stație încărcare baterii da Accesorii/adaptoare Fereastră oscilant Cap rotativ 360 ° da Frecventa r.p.m ≥10000 Sterilizare, autoclavare da Fereastră alternativ Frecventa r.p.m ≥10000 Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă Perforatoare da Alte adaptoare opțional Accesorii Lame pentru ferestrau 1 set Lame pentru ferestrau alternativ 2 buc Burghie 1 set Chee pentru fixare burghie 1 buc VEZI ANEXA LOTUL 33	CE
		Total lot 33						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23