

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21019919/ ocds-b3wdp1-MD-1582028396327					Data: 03.03.2020			Alternativa nr.N/A
Denumirea licitației: <b>Consumabile și seturi jetabile pentru a. 2020</b>					<u>Lot/poz: 1-27</u>			Pagina _1_din _10_
Nr	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Bunuri</b>						
1	33141000-0	<b>Lotul-1.</b> Scutic din articole netesute jetabil steril	SP-108503	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Scutec din material nețesut, stratificat densitatea 29/35g/m.p. 90*90cm, nr.1, steril	Scutec din material nețesut, stratificat densitatea 29/35g/m.p. 90*90cm, nr.1, steril	CE/ISO
2	33141000-0	<b>Lotul-2.</b> Ciarsaf jetabil steril	SP-101 304	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	material netesut 160mm 200mm	material netesut 160mm 200mm	
3	33141000-0	<b>Lotul-3.</b> Halat p/u vizită getabile	SP-201155	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Mărirmea L	Mărirmea L	
4	33141000-0	<b>Lotul-4.</b> Halat p/u vizită getabile	SP-201155	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Mărirmea XL	Mărirmea XL	
5	33141000-0	<b>Lotul-5.</b> Husa pentru laparoscop.	SP-150901	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	p/u protejarea camerei de laparoscop chir.sterila 30cmx250cm	p/u protejarea camerei de laparoscop chir.sterila 30cmx250cm	
6	33141000-0	<b>Lotul-6.</b> Husa pentru masa de operatii.	SP-150902	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Husă sterilă din material transparent p-ru masa de operatii 200cmx300cm	Husă sterilă din material transparent p-ru masa de operatii 200cmx300cm	
7	33141000-0	<b>Lotul-7.</b> Scutec	Dr Comfort	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San ve Tic AS	Jetabil 60x90	Jetabil 60x90	
8	33141000-0	<b>Lotul-8.</b> Scutec	Dr Comfort	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San ve Tic AS	De tip pampers, L,M, pt maturi	De tip pampers, L,M, pt maturi	

9	33141000-0	<b>Lotul-9.</b> Scutec material netesut	SP-00207-02	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Jetabil, steril 60x90	Jetabil, steril 60x90
10	33141000-0	<b>Lotul-10.</b> Set steril Mayo standart Cover	SD-00201-07	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	80x145cm	80x145cm
11	33141000-0	<b>Lotul-11.</b> Set de suctie Yancaur	SD-00202-08	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	p-ru aspiratie din plaga	p-ru aspiratie din plaga
12	33141000-0	<b>Lotul-12.</b> Set Husa intarita pentru suport Mayo sterila Sandart Cover	SP-120101-02	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	La-32in/80cm L-56in/144cm	La-32in/80cm L-56in/144cm
13	33141000-0	<b>Lotul-13.</b> Set din articole neţesute sterile (pentru adenom)	SD-08003-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole neţesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearşaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearşaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearşaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecţie aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc	Set din articole neţesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearşaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearşaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearşaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecţie aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc
14	33141000-0	<b>Lotul-14.</b> Set din articole neţesute sterile (pentru urologie)	SP-08003-02	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	- Set din articole neţesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearşaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearşaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50	- Set din articole neţesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearşaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearşaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50

						<p>cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc,</li> <li>- scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc,</li> <li>- pungă cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc</li> </ul>	<p>cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc,</li> <li>- scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc,</li> <li>- pungă cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc</li> </ul>
15	33141000-0	<b>Lotul-15.</b> Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie)	SP-02006-02	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc,</li> <li>- cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc,</li> <li>- scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc,</li> <li>- pungă cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc</li> </ul>	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc,</li> <li>- cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc,</li> <li>- scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc,</li> <li>- pungă cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc</li> </ul>
16	33141000-0	<b>Lotul-16.</b> Set din articole neșesute sterile pentru intervenții spinale	SP-01004-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Componenta minimă: - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS - min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc.</p>	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Componenta minimă: - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS - min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc.</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmp de Masa Mayo cu reînfrsare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc.</li> <li>- Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc.</li> <li>- Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc.</li> <li>- Cîmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc.</li> <li>- Zona de incizie min.10x100.</li> <li>- Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm.</li> <li>- Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichine de min. 145 cm de H2O/cm2.</li> <li>- Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS</li> <li>- Material SMS pe toată suprafața cîmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H2O/cm2</li> <li>- Cîmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc.</li> <li>- Zona de absorbție Brațelor</li> <li>- Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm.</li> <li>- Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichine de min. 150 cm de H2O/cm2</li> <li>- Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS</li> <li>- Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H2O/cm2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmp de Masa Mayo cu reînfrsare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc.</li> <li>- Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc.</li> <li>- Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc.</li> <li>- Cîmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc.</li> <li>- Zona de incizie min.10x100.</li> <li>- Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm.</li> <li>- Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichine de min. 145 cm de H2O/cm2.</li> <li>- Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS</li> <li>- Material SMS pe toată suprafața cîmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H2O/cm2</li> <li>- Cîmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc.</li> <li>- Zona de absorbție Brațelor</li> <li>- Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm.</li> <li>- Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichine de min. 150 cm de H2O/cm2</li> <li>- Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS</li> <li>- Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H2O/cm2</li> <li>- Fixator pentru tuburi – min. 2 buc.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						- Fixator pentru tuburi – min. 2 buc.	
17	33141000-0	<b>Lotul-17.</b> Set din articole nețesute sterile pentru intervenții proctologie	SP-02002-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole nețesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc	Set din articole nețesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc
18	33141000-0	<b>Lotul-18.</b> Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior)	SP-07007-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc.	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc.
19	33141000-0	<b>Lotul-19.</b> Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur)	SP-09028-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc,	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc,

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc,</li> <li>- cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc,</li> <li>- scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc,</li> <li>- husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc,</li> <li>- punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc,</li> <li>- cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc,</li> <li>- scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc,</li> <li>- husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc,</li> <li>- punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc</li> </ul>
20	33141000-0	<b>Lotul-20.</b> Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba)	SP-07002-30	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba)</p> <p>Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc,</li> <li>- cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc,</li> <li>- scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc,</li> <li>- bahile „cizmulite” H min. 50cm – min 1 buc,</li> <li>- punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc.</li> </ul>	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba)</p> <p>Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc,</li> <li>- cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc,</li> <li>- scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc,</li> <li>- bahile „cizmulite” H min. 50cm – min 1 buc,</li> <li>- punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc.</li> </ul>
21	33141000-0	<b>Lotul-21.</b> Set din articole neșesute sterile pentru craniotomie	SP-05001-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc.</li> <li>- Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală.</li> </ul>	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc.</li> <li>- Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală.</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2</li> <li>- Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc.</li> <li>- Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm</li> <li>- Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H2O/cm2</li> <li>- Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc.</li> <li>- Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc.</li> <li>- Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc.</li> <li>- Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc.</li> <li>- Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2</li> <li>- Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc.</li> <li>- Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm</li> <li>- Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H2O/cm2</li> <li>- Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc.</li> <li>- Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc.</li> <li>- Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc.</li> <li>- Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc.</li> <li>- Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc.</li> </ul>	
22	33141000-0	<b>Lotul-22.</b> Set din articole neșesute sterile (pentru ORL)	SP-04003-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc,</li> <li>- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc,</li> <li>- cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min.</li> </ul>	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc,</li> <li>- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc,</li> <li>- cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6</li> </ul>	

						100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc	cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc
23	33141000-0	<b>Lotul-23.</b> Set din articole nețesute sterile (pentru urologia generala)	SP-08001-02	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole nețesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc	Set din articole nețesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc
24	33141000-0	<b>Lotul-24.</b> Set din articole nețesute sterile (pentru laparoscopie)	SP-02006-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole nețesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc,	Set din articole nețesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc,



						- punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc	- punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc
25	33141000-0	<b>Lotul-25.</b> Set din articole nețesute sterile pentru masă mare de instrumente	SD-01701-03	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului: - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material nețesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului: - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material nețesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere
26	33141000-0	<b>Lotul-26.</b> Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	SD-01701-05	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistentă la	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistentă la

						<p>penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS;</li> <li>- Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2</li> <li>- Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc</li> <li>- Zona pentru acoperirea brațelor;</li> <li>- Banda de poziționare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm;</li> <li>- Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2</li> <li>- Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS</li> <li>- Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2.</li> <li>- Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS</li> <li>- Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2</li> </ul>	<p>penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS;</li> <li>- Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2</li> <li>- Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc</li> <li>- Zona pentru acoperirea brațelor;</li> <li>- Banda de poziționare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm;</li> <li>- Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2</li> <li>- Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS</li> <li>- Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2.</li> <li>- Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS</li> <li>- Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2</li> </ul>	
27	33141000-0	<b>Lotul-27.</b> Sort de unica folosinta	SP-121101	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Din polietilena	Din polietilena	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Boris Granaci**

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: [medglobalfarm@mail.ru](mailto:medglobalfarm@mail.ru)

Site: [www.medglobalfarm.com](http://www.medglobalfarm.com)