

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : 21230622/[ocds-b3wdp1-MD-1716813191699](#) din 07.06.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024  
SUPLIMENTAR

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 18</b> Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase	SS25005W	Polonia	ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm Catalog pag.98	CE/ISO/ <b>DM000370725</b>
<b>Lotul 23</b> Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	30.002.05	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Sağlık ürünleri san. ve tic. ltd. ūti	1.Din material neșesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibreSMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m <sup>2</sup> ; 3.Ranforsat la mînici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării la mînici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării în	1.Din material neșesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibreSMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m <sup>2</sup> ; 3.Ranforsat la mînici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării la mînici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim	CE/ISO/ <b>DM000653589</b>

				<p>față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%;</p> <p>6.Lungimea mâinilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	<p>90cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%;</p> <p>6.Lungimea mâinilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	
<b>Lotul 24</b> Halat chirurgical steril L	30.001.03	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Sağlık ürünleri san. ve tic. ltd. Ńti	<p>1.mărimea: L</p> <p>2.Material neșesut</p> <p>3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana)</p> <p>3.cu manșete elastice, tricotate</p> <p>4.steril</p> <p>5.ambalat individual</p> <p>6.ajustare la nivelul gatului</p> <p>7.închidere suprapusă la spate prin Legături</p> <p>8. Lungime nu mai puțin de 132 cm</p> <p>9. Halatul să corespundă standardei EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser</p>	<p>1.mărimea: L</p> <p>2.Material neșesut</p> <p>3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana)</p> <p>3.cu manșete elastice, tricotate</p> <p>4.steril</p> <p>5.ambalat individual</p> <p>6.ajustare la nivelul gatului</p> <p>7.închidere suprapusă la spate prin Legături</p> <p>8. Lungime nu mai puțin de 132 cm</p> <p>9. Halatul să corespundă standardei EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser</p>	<b>CE/ISO/DM000422088</b>
<b>Lotul 25</b> Halat chirurgical steril M	30.001.02	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Sağlık ürünleri san.	<p>1.mărimea: M</p> <p>2.Material neșesut</p> <p>3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului</p>	<p>1.mărimea: M</p> <p>2.Material neșesut</p> <p>3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de</p>	<b>CE/ISO/DM000422087</b>

			ve tic. ltd. ūti	de certificare europeana) 3.cu manēete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser	certificare europeana) 3.cu manēete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser	
<b>Lotul 26</b> Halat chirurgical steril S	30.001.01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saęlik ürünleri san. ve tic. ltd. ūti	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manēete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manēete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser	<b>CE/ISO/ DM000422086</b>
<b>Lotul 27</b> Halat chirurgical steril XL	30.001.04	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saęlik ürünleri san. ve tic. ltd. ūti	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manēete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manēete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser	<b>CE/ISO/ DM000422089</b>

<b>Lotul 28</b> Halat chirurgical steril XXL	30.001.05	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Sağlık ürünleri san. ve tic. ltd. şti	1.mărimea: L 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50 -80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser.	1.mărimea: XXL 2.Material neșut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50 -80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura – cu laser.	CE/ISO/ <b>DM000422090</b>
<b>Lotul 38</b> Scutece M	PINE Classic Adult Diaper Medium	Turcia	Arkan Grup Sağlık Ürünleri A.Ş.	Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă +-10cm.), unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Caractetisticile produsului : Sistem special de bandă laterală Particule super absorbante Strat extra uscat Barieră sigilată Potrivit pentru pielea sensibilă Indicator Talie 85-125 cm,Marimea M	CE/ISOAviz sanitar/ <b>DM000641510</b>
<b>Lotul 39</b> Scutece L	PINE Classic Adult Diaper Large	Turcia	Arkan Grup Sağlık Ürünleri A.Ş.	Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă +- 10cm.), unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive ,capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Caractetisticile produsului : Sistem special de bandă laterală Particule super absorbante Strat extra uscat Barieră sigilată Potrivit pentru pielea sensibilă Indicator Talie 100-150 cm, Mărimea L	CE/ISO/Aviz sanitar/ <b>DM000641511</b>

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: [medglobalfarm@gmail.com](mailto:medglobalfarm@gmail.com)

Site: [www.medglobalfarm.md](http://www.medglobalfarm.md)