

QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ

Complement Fixation Test Buffer

Product code/ Code produit : CFTB

Batch n° / N° de lot: N61

Insert / Mode d'emploi : 0422

Manufacturing date / Date de fabrication: 2023/08

Expiry date / Date d'expiration: 2026/08

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

| Components / Composants | Batch n° / N° de lot |
|--|----------------------|
| Concentrated CFT Buffer 20X / Tampon concentré RFC 20X | FCFTB-101 |

QUALITY CONTROL / CONTROLE QUALITE

| Tested parameters / Paramètres testés | Acceptation criteria/Critère d'acceptation | Results/Résultats |
|---|---|-------------------|
| Aspect / Apparence | Liquid colorless / Liquide incolore | PASSED / CONFORME |
| Volume / Volume | 50mL | PASSED / CONFORME |
| pH under 1X diluted form / pH sous sa forme diluée 1X | 7,25 ± 0,1 | PASSED / CONFORME |
| Activity in Brucellosis complement fixation test compared to a reference / Activité en fixation du complément par rapport à une référence | Limit serum titer ± 1 dilution / Titre d'un sérum limite ± 1 dilution | PASSED / CONFORME |

CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE

CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAIIS AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTROLE QUALITE



QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ

Complement Fixation Test Buffer

Product code/ Code produit : CFTB

Batch n° / N° de lot: N61

Insert / Mode d'emploi : 0422

Manufacturing date / Date de fabrication: 2023/08

Expiry date / Date d'expiration: 2026/08

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

| Components / Composants | Batch n° / N° de lot |
|--|----------------------|
| Concentrated CFT Buffer 20X / Tampon concentré RFC 20X | FCFTB-101 |

QUALITY CONTROL / CONTROLE QUALITE

| Tested parameters / Paramètres testés | Acceptation criteria/Critère d'acceptation | Results/Résultats |
|---|---|-------------------|
| Aspect / Apparence | Liquid colorless / Liquide incolore | PASSED / CONFORME |
| Volume / Volume | 50mL | PASSED / CONFORME |
| pH under 1X diluted form / pH sous sa forme diluée 1X | 7,25 ± 0,1 | PASSED / CONFORME |
| Activity in Brucellosis complement fixation test compared to a reference / Activité en fixation du complément par rapport à une référence | Limit serum titer ± 1 dilution / Titre d'un sérum limite ± 1 dilution | PASSED / CONFORME |

CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE

CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAIS AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTROLE QUALITE

