

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1629094225821
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 7						
	7.1	Cablu fibroptic (pentru cardiochirurgie)	495ND	Germania	Karl Storz	Cablu fibroptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.	Cablu fibroptic: Diametru: 3,5 mm; compatibil cu lot 1 și 2, Lungime: 3 m ; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.	EC, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316