

ООО "АГАТ-МЕД"
105173, Москва, ул. Главная 6-12
многоканальный т/ф. 777-41-92
факс/авт. (495)741-25-19;
т/ф. (499)780-97-48, 780-97-84
E-mail: agat@agat.ru, http://www.agat.ru

ПАСПОРТ

Масло иммерсионное, тип А (классическое), 100 мл

Серия 454/15 Дата выпуска 08.2020 Годен до 08.2023
Количество флаконов в серии 20000

Наименование показателя	Требования по ГОСТ 13739-78	Результаты анализа
1. Внешний вид	Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета	соответствует
2. Технические характеристики		
2.1. Вязкость кинематическая (ν), при 20 °С, м ² /с*10 ⁻⁴ , не менее	6	13
2.2. Коэффициент пропускания (Т), при толщине слоя 1 мм, %		
при длине волны 635 нм, не менее	95	96
при длине волны 440 нм, не менее	92	98
2.3. Коэффициент преломления (n), при 20 °С	1,515 ± 0,001	1,515
2.4. Средняя дисперсия (nf-nc), при 20 °С	0,0106 +/- 0,0003	0,0107

Заключение ОКК ООО «Агат-Мед»:
Набор серии 454/15 требованиям ГОСТ 13739-78 соответствует.

Начальник ОКК ООО «АГАТ-МЕД» Гладун В.В.
« 1 » августа 2020 г.



МП