

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1694789124093 din 02.10.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 31)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
8	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400	TM-D 4056 cu accesorii	Turcia	TUR-MED HASTANE MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții - DA, vezi pag.2. Tip pacient adult - DA. Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice - DA. Funcționalități poziționare sedentară - DA, vezi pag.5. poziționare Trendelenburg - DA, vezi pag.2, 5. poziționare anti-Trendelenburg - DA, vezi pag.2, 5. Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da - DA, vezi pag.2, 5. Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg - DA, oferit 300kg, vezi pag.2. Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm - DA, oferit 44-75cm, vezi pag.2. Rotile Diametru ≥12.5 cm - DA, vezi pag.2. Sistem de blocare la minim 2 rotile - DA, vezi pag.2. Parapete de protecție laterale da - DA, vezi pag.2. Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm - DA, oferit 38x46 cm. Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională - DA, vezi pag.2 (manual CPR at backrest). Alimentare 220 V, 50 Hz - DA, vezi pag.10, 20. Saltele lavabile ortopedică da - DA, tip TM-D-4078, vezi pag.6 . Dosarul de notificare este deja trimis la AMDM.	CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**