

## Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **04.11.2019**

Licitația Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1571645435292](#)

Invitație la licitația Nr.: \_\_\_\_\_

Alternativa Nr.: \_\_\_\_\_

Către: **IMSP Spitalul raional Rezina**

**SA Tehoptimed** declară că:

1. Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
2. **SA Tehoptimed** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: **Procurarea echipamentelor medicale**

3. Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **157646.67 lei**

**Una suta cincizeci si sapte mii sase sute patruzeci si sase lei, 67 bani**

4. Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **189176.00 lei**

**Una suta optzeci si noua mii una suta saptezeci si sase lei 00 bani**

5. Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea
6. fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
7. În cazul acceptării prezentei oferte **SA Tehoptimed** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
8. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
9. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: \_\_\_\_\_

L.Ș.

Nume: **Potinga Stela**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SA Tehoptimed**

Adresa: **MD2052, Chișinău, str. Maria Drăgan 19A**

Data: **04.11.2019**

### Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

numarul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** : **OCUS-05wq1-MD-15/164545292**

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**

Autoritatea contractanta : **IMSP Spitalul raional Rezina**

Cod CPV	Nr. loturi-lor	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (inclusiv TVA)	Suma fără TVA	Suma (inclusiv TVA)	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
3310000-1	3	Sac Ambu pentru adulți	buc	4	<b>291.67</b>	<b>350.00</b>	1166.67	1400.00	31 oct 2019 - 30 dec 2019	
	5	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale( cardiomonitor)	buc	6	<b>26080.00</b>	<b>31296.00</b>	156480.00	187776.00		
							<b>157646.67</b>	<b>189176.00</b>		



Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

## Specificații tehnice (F4.1)

Numarul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** : **OCUS-05WQP1-MD-13/1043453292**

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**

Autoritatea contractanta : <b>IMSP Spitalul raional Rezina</b>									
Cod C.P.V.	Nr. Loturilor	Denumirea bunurilor	Modelul	Imaginea	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	3	4			5	6	7	8	9
3310000-1	3	Sac Ambu pentru adulți			China	Xiamen Winner Medical	<p>Balon resuscitare AMBU adulți</p> <p>Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Material silicon</p> <p>Volum, ml ~1500</p> <p>Integral reutilizabil da, autoclavabil</p> <p>Camera internă da</p> <p>Valve da</p> <p>Rezervor oxigen da</p> <p>Mască facială Adult da</p> <p>Articulație mobilă da</p> <p>Colector da</p> <p>Risc de contaminare scăzut</p>	<p>Balon resuscitare AMBU adulți</p> <p>Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Material silicon</p> <p>Volum, ml ~1500</p> <p>Integral reutilizabil - nu, <b>non-autoclavabil</b></p> <p>Camera internă da</p> <p>Valve da</p> <p>Rezervor oxigen da</p> <p>Mască facială Adult da</p> <p>Articulație mobilă da</p> <p>Colector da</p> <p>Risc de contaminare scăzut</p>	Declarația de Conformitate CE
3310000-1	5	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale( cardiomonitor)			China	BIOCARE	Conform anexi 1 la formularul F4.1	Conform anexi 1 la formularul F4.1	CE, ISO, Declarația de Conformitate CE, Inregistrate in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

**Specificații tehnice (F4.1)**

Nr.licitației: **COP** ocds-b3wdp1-MD-1571645435292

Data: **04 noiembrie 2019**

Alternativa nr.: \_

Denumirea licitației: **Procurarea echipamentelor medicale conform necesităților IMSP SR Rezina pentru anul 2019**

Lot: \_\_\_\_\_

Pagina: \_\_ din \_\_

Cod CPV	Nr. Lot	Den. umir. e Lot	Den. umir. ea poziției	Mod. elul artic. olul ui	Țara de origi. ne	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan- dard e de referi nță
1	2		3	4	5	6	7	8	
33100000-1	5	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale - cardiomonitor	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale - cardiomonitor	iM 12	China	Biocare	Anexa la Specificații tehnice (F4.1)	Anexa la Specificații tehnice (F4.1)	ISO, CE

**Anexa la Specificații tehnice (F4.1)**

**Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale(cardiomonitor)**

<b>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult,Pediatric)</b>				
Descriere	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază.			
Parametrul	Specificația	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		
Tip pacient	Adult,pediatric, nou-născut	da	Da	
Display, tip	Diagonala	≥ 12 inch	12.1 inch	
	LCD TFT sau LED	da	Da	
	Numărul de curbe afișate concomitent	între 3 și 12 minim	între 3 și 12 minim	
	Parametri afișați	Semnal ECG		Semnal ECG
		Pulsul		Pulsul
		SpO2		SpO2
		Fotopletismograma		Fotopletismograma
	Presiunea sanguină neinvaziv		Presiunea sanguină neinvaziv	
	Temperatura		Temperatura	
Analiza automată a undei ST	Trendingul ST	da	Da	
	Media în analiza segmentului ST	da	Da	
Modul ECG	Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi	da	Da, suporta cablu cu 3 si 5 electrozi	
	I, II, III	da	da Pentru 3 electrozi I, II, III	

			Pentru cu 5 electrozi I, II, III aVR, aVL, aVF, V
	<b>Sensivitatea</b>	2.5 - 40 mm/mV	1.25, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, 40.0, Auto
	<b>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz</b>	≥ 100 dB	≥ 100 dB
	<b>Rata cardiacă</b>	Interval minim 15 - 300 bpm	15 - 350 bpm
	<b>Detectarea aritmiei</b>	da	Da, 23 tipuri
	<b>Detectarea pacemaker</b>	da	Da
	<b>Monitorizarea respirației Adult</b>	minim 0 - 120 rpm	minim 0 - 120 rpm
	<b>Monitorizarea respirației Pediatric</b>	minim 0 - 150 rpm	minim 0 - 150 rpm
	<b>Protecție înotriva șocurilor de defibrilare</b>	da	Da
<b>Modul SpO2</b>	<b>Diapazonul</b>	1 - 100%	1 - 100%
	<b>Acuratețea la 70 - 100 %</b>	≤ 2 %	Da
	<b>Monitorizarea rata pulsului</b>	Minim 30 - 300 bpm	30 - 250 bpm
	<b>Monitorizarea pletismogramei</b>	da	da
	<b>Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat</b>	<i>(exemplu: masimo, nellcor, etc)</i>	Nellcor
<b>Modul NIBP</b>	<b>Diapazonul Adult</b>	10 - 270 mmHg	10 - 270 mmHg
	<b>Diapazonul Pediatric</b>	10 - 200 mmHg	10 - 200 mmHg
	<b>Regim de măsurare</b>	manual, automat, butonul Start	Da
	<b>Regim automat</b>	Nu mai rar de 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 min, 2h, 3h, 4h, 8h,
	<b>Buton de activare/dezactivare manual a NIBP</b>	da	Da
	<b>Metoda de măsurare</b>	oscilometrică	Da
	<b>Regim pacient</b>	Adult, pediatric, nou-născut	Da
	<b>Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult</b>	300 mmHg	297 mmHg
	<b>Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric</b>	240 mmHg	240 mmHg
<b>Modul Temperatura</b>	<b>Diapazonul</b>	Minim 0 - 50.0 °C	Minim 0 - 50.0 °C
	<b>Rezoluția</b>	Minim 0.1 °C,	Minim 0.1 °C,
	<b>Număr de senzori</b>	1 unit.	1 unit.
<b>Protocole de lucru preprogramate</b>		da	Da
<b>Protocole de lucru setate de utilizator</b>		da	Da
<b>Memorie internă</b>		da	Da
<b>Trendingul evenimentelor</b>		da	Da
<b>Arhivarea datelor</b>		da	Da
<b>Imprimantă</b>	<b>Încorporată</b>	da	Da
<b>Forme de raportare</b>	<b>Viteza de înscriere</b>	Minim 25, 50 mm/s	12,5; 25; 50 mm/s
	<b>Înscriere continuă</b>	da	Da
	<b>Preprogramate</b>	da	Da
	<b>Personalizate</b>	da	Da
<b>Alimentarea</b>	<b>rețea electrică 220 V, 50 Hz</b>	da	Da
	<b>Baterie internă</b>	da	Da
	<b>Timp de lucru autonom a bateriei</b>	minim 2 h	5 h
<b>Interfata de conectare la monitorul</b>	<b>Ethernet / wireless / RS-232 / etc.</b>	da	Da

central			
Alarma	Vizuala, sonora		Da
	Manjetă deconectată	da	Da
	Manjetă defect	da	Da
	Senzor SpO2 deconectat	da	Da
	Senzor SpO2 defect	da	Da
	Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită	da	Da
	Nivelul baterie scăzut	da	Da
	Alarmerata cardiacă scăzută/mărită	da	Da
	Lipsă sursă externă de alimentare	da	Da
	Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	da	Da
Ajustarea nivelului de alarmă	da	Da	
<b>Accesorii</b>			
Cablu ECG	cu 3 electrozi	2 buc.	2 buc
Electrozi ECG	<u>adult, unică utilizare</u> <u>pediatric,unică utilizare</u>	<u>300 buc.</u>	<u>300 buc</u>
Senzor SpO2	<u>adult, reutilizabil tip cleste</u> <u>pediatric,reutilizabil</u>	<u>2 buc.</u> <u>2 buc.</u>	<u>2 buc.</u> <u>2 buc.</u>
Senzor Temperatură	reutilizabil	1 buc.	1 buc.
	Adult mediu,adult,adult mare reutilizabile (1 set/3 buc)	2 set.	2 set.
Manjete NIBP	Pediatric,pediatric mediu,pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)	2 set.	2 set.
Hîrtie termică		5 buc.	5 buc.