

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1613989084220	Data: 23 febr 2021, 13:00 - 5 mart 2021, 17:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Deservirea C-arm Zeihm Vision Vario 3D (conform specificației atașate)	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Nr. LOT /poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origin e	Produ - cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
		2	3	4	5	6	7	8
1	331000 00-1	Deservirea C-arm Zeihm Vision Vario 3D	-	-	-	1 Inspecția vizuală a tuturor componentelor 2 Testarea aparatului pentru a afla cauza greselilor. Ajustarea, reparatia aparatului fara schimbarea pieselor. 3 Mentenata anuala conform proceduri, stabilite de producator: Curatirea aparatului, ungerea, verificarea rejimelor, franelor, schimbarea acumuloarelor 4 Testarea funcțiilor de securitate : Securitatea mecanica - frine, butoane; securiataea electrica- verificare cablurilor, miscari motorizate, etc. Semanlizatore de tensiune inalta. 5 Testarea Image quality (IQ) quick test Evaluarea calitatii imaginii. Verificarea reconstructiei 3D si calibrare in cazul necesar 6 Verificarea UPS la sistem de imagine si schimbarea acumuloarelor 7 Evaluarea rapoartelor : Error log 8 Instalarea Update de tip SW, licentiat, si HW, licentiat, de la uzina (in caz de necesitate) 9 Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fără piese de schimb 10 Dezmembrare parti laterale ale instalatiei 11 Curatare de praf componente interne 12 Completare actelor si documentelor 13 Prezența autorizației de la producător. 14 Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.	1 Inspecția vizuală a tuturor componentelor 2 Testarea aparatului pentru a afla cauza greselilor. Ajustarea, reparatia aparatului fara schimbarea pieselor. 3 Mentenata anuala conform proceduri, stabilite de producator: Curatirea aparatului, ungerea, verificarea rejimelor, franelor, schimbarea acumuloarelor 4 Testarea funcțiilor de securitate : Securitatea mecanica - frine, butoane; securiataea electrica- verificare cablurilor, miscari motorizate, etc. Semanlizatore de tensiune inalta. 5 Testarea Image quality (IQ) quick test Evaluarea calitatii imaginii. Verificarea reconstructiei 3D si calibrare in cazul necesar 6 Verificarea UPS la sistem de imagine si schimbarea acumuloarelor 7 Evaluarea rapoartelor : Error log 8 Instalarea Update de tip SW, licentiat, si HW, licentiat, de la uzina (in caz de necesitate) 9 Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fără piese de schimb 10 Dezmembrare parti laterale ale instalatiei 11 Curatare de praf componente interne 12 Completare actelor si documentelor 13 Prezența autorizației de la producător. 14 Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**