

### Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1776172444484 din 14/04/2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100000-3	5	Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	4001002/4000002	Olanda	STERISET S INTERNATIONAL B.V.	<p>Descriere</p> <p>Sistemul de încălzire pacient cu flux de aer poate fi utilizat la pacienții adulți și pediatrici. Acesta constă într-o unitate de încălzire reutilizabilă și paturi încălzire de unică folosință.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Domeniul de temperatură: programabil, minim 4 regimuri de la 35 până la 40 grade Celsius</p> <p>Afișaj LCD/LED sau alt mod de afișare</p> <p>Control Microprocesor</p> <p>Construcția Exterior masa plastică, cu miner ușor de transportat</p> <p>Furtun de transmitere aer cald la pacient da</p> <p>Greutate ≤ 8 kg</p> <p>Alarmă da</p> <p>Consumabile:</p> <p>minim 40 paturi de încălzire de unică folosință sau 10 paturi de încălzire de multiplă folosință; dimensiune minim 2200 x 1300 mm;</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz."</p>	<p><b>Descriere</b></p> <p>Sistemul de încălzire pacient cu flux de aer poate fi utilizat la pacienții adulți și pediatrici. Acesta constă într-o unitate de încălzire reutilizabilă și paturi încălzire de unică folosință.-da</p> <p><b>Parametru Specificație</b></p> <p>Domeniul de temperatură: programabil, minim 4 regimuri-da de la 35 până la 40 grade Celsius-da</p> <p>Afișaj LCD/LED sau alt mod de afișare-da</p> <p>Control Microprocesor-da</p> <p><b>Construcția</b></p> <p>Exterior masa plastică, cu miner ușor de transportat-da</p> <p>Furtun de transmitere aer cald la pacient da</p> <p>Greutate ≤ 8 kg-da</p> <p>Alarmă da-da</p> <p><b>Consumabile:</b></p> <p>40 paturi de încălzire de unică folosință dimensiune minim 2200 x 1300 mm;-da</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz.-da</p>	DM000818633
33100000-4	6	Beschie oscilantă (ferestrău ortopedic / traumatologic)	Beschie oscilantă (ferestrău ortopedic /	SS-1011	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT &	<p>"Descriere: Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Electric obligatoriu</p>	<p><b>Descriere:</b></p> <p>Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril.</p> <p><b>Parametru Specificație:</b></p> <p>Electric obligatoriu-da</p>	DM000691197

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
			traumatologic)			DEVICE CO., LTD	<p>Timp funcționare, min≥15</p> <p>Putere, W≥ 100</p> <p>Greutate, gr≤ 3000</p> <p>Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C frecvența, osc./min≥10000</p> <p>Zgomot (db)≤75</p> <p>Mecanism de blocare obligatoriu</p> <p>Carcasă sterilizabilă obligatoriu</p> <p>Baterii ≥2</p> <p>Indicator stare baterie obligatoriu</p> <p>Stație încărcare baterii da</p> <p>Accesorii, adaptoare container p/u sterilizare."</p>	<p>Timp funcționare, min≥15-<b>da</b></p> <p>Putere, W≥ 100-<b>da</b></p> <p>Greutate, gr≤ 3000-<b>da</b></p> <p>Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C-<b>da</b></p> <p>frecvența, osc./min≥10000-<b>da</b></p> <p>Zgomot (db)≤75 -<b>da</b></p> <p>Mecanism de blocare obligatoriu-<b>da</b></p> <p>Carcasă sterilizabilă obligatoriu-<b>da</b></p> <p>Baterii ≥2-<b>da</b></p> <p>Indicator stare baterie obligatoriu-<b>da</b></p> <p>Stație încărcare baterii da-<b>da</b></p> <p>Accesorii, adaptoare container p/u sterilizare.-<b>da</b></p>	
331000-11	13	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii)	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii)	JDCJF112K	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO.,LTD	<p>Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) Cod 140140</p> <p>Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Tip masă Electrohidraulică obligatoriu Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 30 cm Trendelemburg ≥ 30 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 30 grade Secțiunile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 25 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 250 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență obligatoriu Accesibilitatea brațului C obligatoriu</p>	<p>Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii) Cod 140140</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. -<b>da</b></p> <p>Tip masă Electrohidraulică obligatoriu -<b>da</b></p> <p>Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm -<b>da</b></p> <p>Lățimea ≥ 55 cm -<b>da</b></p> <p><b>Poziționarea mesei</b></p> <p>Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm -<b>da</b></p> <p>Deplasarea longitudinală ≥ 30 cm -<b>da</b></p> <p>Trendelemburg ≥ 30 grade -<b>da</b></p> <p>Inversarea trendelemburgului ≥ 30 grade -<b>da</b></p> <p>Secțiunile mesei ≥ 6 secții -<b>da</b></p> <p>Înclinarea: Laterală ≥ 25 grade-<b>da</b></p> <p>Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) -<b>da</b></p>	DM000859184

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
							<p>Mărimea casetelor minim 35x43 cm  Atașarea de bază mobilă Rotile obligatoriu  Sistem de frinare a bazei " cu pedal, tip hidraulic sau electrohidraulica" Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări Telecomndă obligatoriu Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă obligatoriu Accesorii suport cot 2 unit., să se indice codul produsului suport umăr 2 unit., să se indice codul produsului suport picioare 2 unit., să se indice codul produsului suport torace 2 unit., să se indice codul produsului suport mână (decubit lateral) 1 unit., să se indice codul produsului stand pentru perfuzie 1 unit., să se indice codul produsului curea pentru fixarea corpului 1 unit., să se indice codul produsului suport pentru ecran de anestezie 1 unit., să se indice codul produsului</p>	<p>Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) detașabilă, divizată <b>-da</b>  Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) - +40 la -45 grade-<b>da</b>  Greutatea pacientului ≥ 250 kg <b>-da,350 kg</b>  Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei - <b>da</b>  Radiotransparență obligatoriu <b>-da</b>  Accesibilitatea brațului C obligatoriu <b>-da</b>  Mărimea casetelor minim 35x43 cm <b>-da</b>  Atașarea de bază mobilă <b>-da</b>  Rotile obligatoriu-<b>da</b>  Sistem de frinare a bazei " cu pedal, tip hidraulic sau electrohidraulica" <b>-da</b>  Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda obligatoriu <b>-da</b>  Alimentarea 220 V, 50 Hz <b>-da</b>  Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări-<b>da</b>  Telecomndă obligatoriu <b>-da</b>  Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei-<b>da</b>  Pupitru de comandă obligatoriu-<b>da</b>  Accesorii suport cot 2 unit., <b>-da</b>  suport umăr 2 unit.,-<b>da</b>  suport picioare 2 unit., <b>-da</b>  suport torace 2 unit., <b>-da</b>  suport mână (decubit lateral) 1 unit-<b>da</b>  stand pentru perfuzie 1 unit., <b>-da</b>  curea pentru fixarea corpului 1 unit., <b>-da</b>  suport pentru ecran de anestezie 1 unit., <b>-da</b></p>	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
331000 00-31	33	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	BPR-5V650	China	JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD.	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius.</p> <p>Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobilă</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\geq 600</math> și <math>700</math> litri<math>\leq</math></p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 10</math></p> <p>Ușa Număr <math>\geq 1</math></p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți <math>\geq 4</math> Frâne <math>\geq 2</math></p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale antibacteriale prevazute pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă <math>+2^{\circ}\text{C}</math> ... <math>+8^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot <math>&lt; 55</math> dB</p>	<p>Frigider pentru reactivi cu ușă transparentă 600-700 L,-DA</p> <p>Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius – DA.</p> <p>Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizând riscul de alterare, contaminare și/sau coroziune a conținutului – DA.</p> <p>Configurație mobilă – DA.</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\geq 600</math> și <math>\leq 700</math> litri – DA. Număr de rafturi <math>\geq 10</math> – DA.</p> <p>Număr uși <math>\geq 1</math> – DA. Ușă transparentă obligatoriu – DA. Mecanism de blocare cu cheie – DA.</p> <p>Roți <math>\geq 4</math> – DA.</p> <p>Frâne <math>\geq 2</math> – DA.</p> <p>Lumină interioară obligatorie – DA.</p> <p>Construcție interioară din materiale antibacteriale prevăzute pentru prelucrare – DA.</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă – DA. Afișaj digital al temperaturii – DA.</p> <p>Alarmer acustice – DA.</p> <p>Alarmer vizuale – DA. Răcire ventilată – DA.</p> <p>Temperatură reglabilă <math>+2^{\circ}\text{C}</math> ... <math>+8^{\circ}\text{C}</math> – DA.</p> <p>Omogenitate/uniformitate termică <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> – DA.</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz – DA.</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC – DA.</p> <p>Nivel zgomot - 60 dB – DA.</p>	DM000451828

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

### Specificații de preț

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1776172444484 din 14/04/2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	5	Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	buc	3	46080,00	55296,00	138240,00	165888,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	6	Beschie oscilantă (ferestrău ortopedic / traumatologic)	Beschie oscilantă (ferestrău ortopedic / traumatologic)	buc	6	37380,00	44856,00	224280,00	269136,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	13	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii)	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii)	buc	2	482000,00	578400,00	964000,00	1156800,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	33	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	buc	2	41300,00	49560,00	82600,00	99120,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
		<b>Suma total:</b>						<b>1409120,00</b>	<b>1690944,00</b>	

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

