

Specificatia tehnica

Numărul licitației:	LP. 21173456 din 25.03.2024
Denumirea licitației:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților AMT Botanica (lista suplimentară nr. 3)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Monitor Holter ECG	Monitor Holter ECG	Holter ECG H600	Bulgaria	BTL Industries Limited	Monitor Holter ECG Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repausului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare automat Detectare pacemaker Analiză pacemaker Frecvența maximă de eşantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD lumină fundal Date ecran ora statut baterie Indicator deconectare electrod acustic sau vizual Buton navigare meniu Blocarea automată a butoanelor Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card Baterie reîncărcabilă	Monitor Holter ECG BTL-08 Holter H600 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repausului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric - DA, pag 20 Masuri de siguranta, din manual de utilizare Numărul de canale de procesare 12- DA, pag 22, din manual de utilizare Configurația Portabil – DA, pag 18, din manual de utilizare Derivațiile Tip înregistrare automat- DA, Detectare pacemaker- DA, pag 2, din catalog BTL(ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS) Analiză pacemaker – DA, pag 2, din catalog BTL(ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS) Frecvența maximă de eşantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz – 2000 / 500 Hz (depinde de setari), pag 22, din manual de utilizare Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit – 16 bit, pag 23	

						Tip operare autonomă ≥ 72 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient Adnotare eveniment ECG Clasificarea de evenimente Evaluare tabelară HRV Trend HRV Analiza ST Analiza QT Analiza PQ Analiza PM Analiza aritmiilor Variabilitate ritm cardiac după timp Reprezentarea grafică a datelor Hărți de relief Tahogramă Raport presetabil de utilizator Posibilitate printare raport Stocare date minim 2 Gb Accesorii Cablu ECG 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare Baterii reîncărcabile min. 4 buc Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor	din manual de utilizare Ecran LCD - DA, pag 22, din manual de utilizare lumină fundal -- DA, pag 17, din manual de utilizare Date ecran ora -- DA, pag 16, din manual de utilizare statut baterie -- DA, pag 16, din manual de utilizare Indicator deconectare electrod acustic sau vizual - DA, pag 22, din manual de utilizare Buton navigare meniu - DA, pag 4, 2.1.1.1.din manual de utilizare Blocarea automată a butoanelor - DA, butoanele sunt blocate prin intermediul husei in care care se afla dispozitivul in momentul masurarii Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card – DA,pag 22, din manual de utilizare Baterie reîncărcabilă - DA , pag 22, pct. 7 Specificatie tehnica,din manual de utilizare Tip operare autonomă ≥ 72 h - 78 ore, pag 23, pct. 7 Specificatie tehnica ,din manual de utilizare Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact- -DA, pag.22 Specif. tehnice, pag 15 punct 4.1.1., pag 7, p.2.4., din manual de utilizare status sistem- DA, pag 16, pct 4.1.3.1.din manual de utilizare deconectare alimentare - DA, pag 13, pct 3.2.4. NOTA, pag.22 specif tehnice, din manual de utilizare	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

								baterie descărcată – DA, pag 7, din manual de utilizare Posibilități soft PC de interpretare- DA, pag 22, din manual de utilizare Introducere date pacient - - DA, pag 15, pct 4.1.2 din manual de utilizare Adnotare eveniment ECG - - DA, pag 16, pct 4.1.3.2 din manual de utilizare Clasificarea de evenimente - - DA, pag 16, pct 4.1.3.2 din manual de utilizare Evaluare tabelară HRV - DA, pag 2, din catalog BTL(ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS) Trend HRV - DA, pag 2, din catalog BTL(ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS) Analiza ST - DA, pag 2, din catalog BTL(ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS) Analiza QT - DA, pag 2, din catalog BTL(ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS) Analiza PQ- DA, pag 2, din catalog BTL(ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS) Analiza PM - DA, pag 2, din catalog BTL(ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS) Analiza aritmiilor - DA, pag 3, pct 1 alineat 1din manual de utilizare Variabilitate ritm cardiac după timp - - DA, pag 2, din catalogul produsului Advance Diagnostic Tools Reprezentarea grafică a datelor - - DA, pag 2, din catalog BTL (ADVANCED DIAGNOSTIC TOOLS)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Hărți de relief – DA, Tahogramă - DA, Raport presetabil de utilizator – A, pag 2 INTUITIVE USER INTERFACE , Fully customizable, catalog BTL Posibilitate printare raport – DA, pag 3 din manual de utilizare Stocare date minim 2 Gb- DA, pag 18, din manual de utilizare Accesorii Cablul ECG 10 fire 2 unități- DA, pag 18, din manual de utilizare Set de electrozi de unică folosință adult 500 buc. – DA, Set de electrozi de unică folosință pediatric 500 buc.- DA, Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare – DA, pag 18, din manual de utilizare Baterii reîncărcabile min. 4 buc – DA, pag 18 , din manual de utilizare Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor – DA, pag 18 , din manual de utilizare Nr. de înregistrare la AMDM DM000415309	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Zaqareanu Tatiana** În calitate de: **Manager achiziții**

Ofertantul: **Polisano Prim SRL** Adresa: **or. Chișinău, str. NicolaI Testemițanu 3/18**