

**Certificat de calitate №1343
pentru oxygen medicinal in stare gazoasa
GOST 5583-78**

Beneficiarul: *IMSP (Regiunea Nord)*

Numarul de butelii **4685 (40 lit)**

№	Denumirea indicatorilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentratia de O ₂ , in %, nu mai putin de	99.5	99.91
2	Concentratia vaporilor de apa, in %, nu mai mult de	0.009	0.007
3	Concentratia de H ₂ , in %, nu mai mult de	nu se testeaza	-
4	Concentratia de CO ₂ , nu mai mare	0.01	0.003
5	Continutul de CO	retinut conform aliniatului 3.6	retinut
6	Continutul de acizi	retinut conform aliniatului 3.7	retinut
7	Continutul de O ₃ si alte gaze oxidante	retinut conform aliniatului 3.8	retinut
8	Continutul de baze	nu se testeaza	-
9	Prezenta mirosului	absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Inginer superior,

Bulban V.



Data: 02.11.2021