

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656677828975/21059349 din 05.08.2022
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 2						
<b>Stimulator de localizare musculară</b>	DS7AP Muscle Locating Stimulator + E.DS7AP-DP Digitimer Probe Bipolar Precision 70x0.75mm	Marea Britanie	Digitimer Ltd	<p>Stimulator de localizare musculară</p> <p>Descriere Dispozitiv utilizat pentru stimularea chirurgicală, locală cu curenți constanți pentru efectuarea tehnicilor de reconstrucție a rectului sau sfincterului anal la copii: Peña, Pull-through sau PSARP</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Tip Portabil</p> <p>Frecvența de stimulare 50 Hz</p> <p>Intensitatea curentului 0 - 100 mA</p> <p>Posibilitatea de ajustare a curentului în trepte Da</p> <p>Durata impulsurilor 200 și 500 μs</p> <p>Posibilitate de lucru fără pedală Da</p> <p>Posibilitate de control cu pedală Da</p> <p>Indicator de rezistență de contact ridicată Da</p> <p>Alimentare 220 V, 50Hz</p> <p>Accesorii Cablu de alimentare tip Schuko</p> <p>Pedala de comandă</p> <p>Cablu de interconectare 2 buc.</p> <p>Electrod bipolar pentru stimulare de unică utilizare 30 buc.</p>	Conform brosurii atasate	ISO/CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan În calitate de: Director

Ofertantul: Î.M. “Dutchmed-M” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807