

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1554194101045

Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi de laborator și consumabile (Histologie medico-legală)

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 4						
		Lame						
	4.1	Lame	9562 Tissue-Tek® AutoWrite® Non-Adhesive Ground Edges 90°CC White, 50x50/pcs	Japonia	Sakura Finetek	* fabricate din sticlă sodică clasa hidrolitică * dimensiuni: 76x26mm, grosime: 1.1 mm * lame cu margine mata de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți) * cu cap rodant la 45° * pre-curățate * gata de utilizare * autoclavabile * în cutii de 50 de bucăți	* fabricate din sticlă sodică clasa hidrolitică * dimensiuni: 76x26mm, grosime: 1.1 mm * lame cu margine mata de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți) * cu cap rodant la 45° * pre-curățate * gata de utilizare * autoclavabile * în cutii de 50 de bucăți	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bolocan Vladimir** În calitate de: **Key Manager**

Ofertantul: "**Pharmony**" SRL Adresa: **mun. Chișinău, str. Studenților nr.7, bl.7, of.85, MD2045, Republica Moldova**