

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21077136 din 04.04.2023**Obiectul de achiziție: consumabile medicale necesar urgent pentru 30 zile**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Electrozi ECG (adulți)	1900000110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviiți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	Electrod ECG pentru adulți, nesteril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu buton presat, oval, diametru 45 mm pentru teste de scurtă durată. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex Tip de gel: Gel solid Steril: Nu	CE
Total lot 2						
Lotul 3						
Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificială adulți	4300905096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	adulți, volumul minimal la inspirație 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Filtru bacterian/viral cu port CO2. 1.500 ml Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 Steril: Nu	CE
Total lot 3						
Lotul 5						
Lame pentru bisturiu nr.22	1100000822	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturi de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 22	CE
Total lot 5						
Lotul 6						
Lame pentru bisturiu nr.23	1100000823	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturi de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 23	CE
Total lot 6						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23