

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755611326533 din 20 august 2025
Obiectul achiziției: Reactivilor, pentru analizatorul Hipro, HP-AFS/1-PLUS

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Reactivi pentru analizatorul HIPRO HP-AFS/1-PLUS						
Determinarea NT-proBNP				1. Testare cantitativă, complet automată - operare într-o singură etapă. 2. Reactivi preîncărcați (casete/tuburi/stripuri/cuve etc.), fără pregătire, calibrare fiecare lot de reactiv. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fără pipetare. 4. Impachetare test unic, ambalaj pînă la 30 probe. 5. Termen de valabilitate reactiv minim 12 luni. 6. Compatibil cu echipamentul în comodat.	Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativă NT-proBNP. 1. Metoda de determinare: Testare cantitativă, complet automată - operare într-o singură etapă. 2. Tipul de reagenți: reactiv lichid stabil, preîncărcați în cuve fără pregătire gata de utilizare, ambalat de la producător, calibrator, control incluși în set de la producător. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fără pipetare. 4. Set include 25 teste 5. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării.	CE,

					6. Reactivul este compatibil cu analizator imunologic automatizat în comodat.	
Determinarea Transferrinei				1. Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Reactivi preîncărcați (casete/tuburi/stripuri/cuve etc.), fara pregatire, calibrare fiecare lot de reactive. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Impachetare test unic, ambalaj pina la 30 probe. 5. Termen de valabilitate reactie minim 12 luni. 6. Compatibil cu echipamentul in comodat.	Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Transferrinei. 1. Metoda de determinare: Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, preîncărcați în cuve fara pregatire gata de utilizare, ambalat de la producator, calibrator, control inclusi in set de la producator. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Set include 25 teste 5. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni din data livrării. 6. Reactivul este compatibil cu analizator imunologic automatizat în comodat.	CE,
Determinarea Immunoglobulinei A				1. Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Reactivi preîncărcați (casete/tuburi/stripuri/cuve etc.), fara pregatire, calibrare fiecare lot de reactive. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Impachetare test unic, ambalaj pina la 30 probe. 5. Termen de valabilitate reactie minim 12 luni. 6. Compatibil cu echipamentul in comodat.	Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Immunoglobulinei A. 1. Metoda de determinare: Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, preîncărcați în cuve fara pregatire gata de utilizare, ambalat de la producator, calibrator, control inclusi in set de la producator. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Set include 25 teste 5. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni din data livrării. 6. Reactivul este compatibil cu analizator imunologic automatizat în comodat.	CE,
Determinarea Immunoglobulinei M				1. Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Reactivi preîncărcați (casete/tuburi/stripuri/cuve etc.), fara pregatire, calibrare fiecare lot de reactive. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Impachetare test unic, ambalaj pina la 30 probe. 5. Termen de valabilitate reactie minim 12 luni. 6. Compatibil cu echipamentul in comodat.	Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Immunoglobulinei M. 1. Metoda de determinare: Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, preîncărcați în cuve fara pregatire gata de utilizare, ambalat de la producator, calibrator, control inclusi in set de la producator. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Set include 25 teste 5. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator	CE,

					nu mai mic de 12 luni din data livrării. 6. Reactivul este compatibil cu analizator imunologic automatizat în comodat.	
Determinarea Immunoglobulinei G				1. Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Reactivi preîncărcați (casete/tuburi/stripuri/cuve etc.), fara pregătire, calibrare fiecare lot de reactive. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Impachetare test unic, ambalaj pina la 30 probe. 5. Termen de valabilitate reactive minim 12 luni. 6. Compatibil cu echipamentul in comodat.	Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Immunoglobulinei G. 1. Metoda de determinare: Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, preîncărcați în cuve fara pregătire gata de utilizare, ambalat de la producator, calibrator, control inclusi in set de la producator. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Set include 25 teste 5. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni din data livrării. 6. Reactivul este compatibil cu analizator imunologic automatizat în comodat.	CE,
Determinarea AFP				1. Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Reactivi preîncărcați (casete/tuburi/stripuri/cuve etc.), fara pregătire, calibrare fiecare lot de reactive. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Impachetare test unic, ambalaj pina la 30 probe. 5. Termen de valabilitate reactive minim 12 luni. 6. Compatibil cu echipamentul in comodat.	Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa AFP(a-fetoprotein). 1. Metoda de determinare: Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, preîncărcați în cuve fara pregătire gata de utilizare, ambalat de la producator, calibrator, control inclusi in set de la producator. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Set include 25 teste 5. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni din data livrării. 6. Reactivul este compatibil cu analizator imunologic automatizat în comodat.	CE,
Determinarea CEA				1. Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Reactivi preîncărcați (casete/tuburi/stripuri/cuve etc.), fara pregătire, calibrare fiecare lot de reactive. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Impachetare test unic, ambalaj pina la 30 probe. 5. Termen de valabilitate reactive minim 12 luni. 6. Compatibil cu echipamentul in comodat.	Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa CEA. 1. Metoda de determinare: Testare cantitativa, complet automata - operare într-o singură etapă. 2. Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, preîncărcați în cuve fara pregătire gata de utilizare, ambalat de la producator, calibrator, control inclusi in set de la producator. 3. Prelevator integrat, adsorbția automată a probei fara pipetare. 4. Set include 25 teste	CE,

					5. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni din data livrării. 6. Reactivul este compatibil cu analizator imunologic automatizat în comodat.	
Total						

Nume: Victoria Olaru

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL BIOGENETIX SOLUTIONS

Email: victoria.olaru@biogenetix.ro

Adresa socială: mun. Chisinau, str. Aerodromului 10

Data: 29.08.2025