

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1552647104069 din 15.03.2019							
Denumirea procedurii de achiziție: : Dezinfectanți pentru anul 2019							
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
24455000-8	Lot 4. Dezinfecțant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)	407133	Germania	Dr. Weigert	Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid, sporicid. Produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Soluscope S1 din dotare	Neodisher endo SEPT GA 1 * 51 Disinfecțant, lichid concentrate based on glutaraldehyde bactericidal mycobactericidal fungicidal virucidal	CE, ISO 13485 și/sau ISO 9001
24455000-8	Lot 5. Detergent pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L)	407433	Germania	Dr. Weigert	Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Soluscope S1 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani.	Neodisher endo CLEAN 3 (Detergent, liquid concentrate based on alkalinity donors	CE, ISO 13485 și/sau ISO 9001
24455000-8	Lot 6. Dezinfecțant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)	407133	Germania	Dr. Weigert	Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani	Neodisher endo SEPT GA 1 * 51 Disinfecțant, lichid concentrate based on glutaraldehyde bactericidal mycobactericidal fungicidal virucidal	CE, ISO 13485 și/sau ISO 9001
24455000-8	Lot 7. Detergent pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L)	407433	Germania	Dr. Weigert	Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani.	Neodisher endo CLEAN 3 (Detergent, liquid concentrate based on alkalinity donors	CE, ISO 13485 și/sau ISO 9001

Semnata: _____, Pnumele: Vladimir Todorov, În calitate de: Director
 Ofertant: TEMEI-VTAC SRL, Adresa: Chisinau, str. Ginta Latina 17/1-86

