



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21622555 din 10.06.2026
Obiectul de achizitie: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Lot 20 Generator de aer medical						
50400000-9	20	Generator de aer medical	Serviciu	1	Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă Lucrări minime necesar de a fi efectuate: Înlocuirea kitului de mentenanță de 3000 de ore format	Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local Da La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate Da Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Da Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub Da Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă Da Lucrări minime necesar de a fi efectuate: Înlocuirea kitului de mentenanță de 3000 de ore

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				<p>din filtru de lubrificare cu rotare, separator aer/ulei, duză cu filtru de metal sinterizat, set de uzură MPV, Set de piese de uzură pentru regulator de ulei, element de filtru aer pentru compresoare cu șurub Curățarea și lubrifierea elementelor interioare a filtrului ciclonic pentru 2 compresoare Înlocuirea panel filtru dimensiune 805 x 805 x 45 mm 2 bucăți Înlocuire ulei 10 L Înlocuire contactor compresor Boge Înlocuire filtru element pentru particule de 1 micron de tipul X-Evolution 030AR sau analog Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat</p>	<p>format din filtru de lubrificare cu rotare, separator aer/ulei, duză cu filtru de metal sinterizat, set de uzură MPV, Da Set de piese de uzură pentru regulator de ulei, element de filtru aer pentru compresoare cu șurub Da Curățarea și lubrifierea elementelor interioare a filtrului ciclonic pentru 2 compresoare Da Înlocuirea panel filtru dimensiune 805 x 805 x 45 mm 2 bucăți Da Înlocuire ulei 10 L Da Înlocuire contactor compresor Boge Da Înlocuire filtru element pentru particule de 1 micron de tipul X-Evolution 030AR sau analog Da Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat Da</p>
Lot 21 Generator de aer medical					
21	Generator de aer medical	Serviciu	1	<p>Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub</p>	<p>Cerințe față furnizor Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local Da La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate Da Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă Da Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub Da</p>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				<p>Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă Lucrări minime necesar de a fi efectuate Înlocuirea kitului de mentenanță de 3000 de ore format din filtru de lubrificare cu rotare, separator aer/ulei, duză cu filtru de metal sinterizat, set de uzură MPV, Set de piese de uzură pentru regulator de ulei, element de filtru aer pentru compresoare cu șurub Curățarea și lubrifierea elementelor interioare a filtrului ciclonic pentru 2 compresoare Înlocuirea panel filtru dimensiune 805 x 805 x 45 mm 2 bucăți Înlocuire ulei 10 L Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat</p>	<p>Certificat de testare a dispozitivului etalon de verificare a punctului de rouă Da Lucrări minime necesar de a fi efectuate Înlocuirea kitului de mentenanță de 3000 de ore format din filtru de lubrificare cu rotare, separator aer/ulei, duză cu filtru de metal sinterizat, set de uzură MPV, Da Set de piese de uzură pentru regulator de ulei, element de filtru aer pentru compresoare cu șurub Da Curățarea și lubrifierea elementelor interioare a filtrului ciclonic pentru 2 compresoare Da Înlocuirea panel filtru dimensiune 805 x 805 x 45 mm 2 bucăți Da Înlocuire ulei 10 L Da Verificarea punctului de rouă cu dispozitiv etalon, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat Da</p>
--	--	--	--	---	---

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21622555 din 10.06.2026
Obiectul de achizitie: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5040000-9	20	Generator de aer medical	Serviciu	1	47.100,00	56.520,00	47.100,00	56.520,00	Conform punctului 11 din anunțul de participare	Conform SIA RSAP
	21	Generator de aer medical	Serviciu	1	38.650,00	46.380,00	38.650,00	46.380,00		
TOTAL							85.750,00	102.900,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.