

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP AMT Centru

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711456244747 / 21192876 din 15.04.2024							
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi de laborator pentru anul 2024						Lot: 17	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33696500-0	Lot 17. Mocroalbumina set = 24 Teste expres	MAU Casseta nr.catalog W206	China	Wondfo	MAU-Determinarea microalbuminei (U-albumină) test-cartridj, metoda cantitativă,(determinare la analizator semiautomat). Set teste ≈ 24	MAU -Determinarea microalbuminei (U-albumină) test-catridj, metoda cantitativă, (determinare la analizator semiautomat). Componenta setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu Analizatorul Finecare Teste Înregistrate la AMDM cu nr. DM000372776. ANALIZATORUL - Înregistrat la AMDM cu nr.DM000372759	ISO, CE.

Nume: Varman Irina **În calitate de:** Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinău, Dokuceaev 6, of.61

semnat electron