

Specificații tehnice (F4.1)								
							din 28.10.2020	
Numărul licitației: 21029291								Alternativa nr.
Denumirea licitației:Echipament pentru măsurarea alcoolemiei Conform necesitatilor Inspectoratul General al Poliției							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
1840000-3		Lotul 1						
		Seturi alcooltest: Dräger Alcotest A6820 + Dräger Mobile Printer + 5 × Printer paper + 100 × Mouthpiece + Transport case + Certificat de calibrare + Certificat metrologic de la INM pt 12 luni.	Seturi alcooltest: 8322660 + 8319310 + 8319002 + 6810830	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Conform caietului de sarcini	Aparat electronic, cu accesorii, portabil, pentru testare rapidă a cantității vaporilor de alcool în aerul expirat, cu posibilitate de eliberare a unui document înscris cu rezultatul testării. Dispozitivul de măsurat (alcotesterul) este o unitate de lucru manuală, independentă (fără conexiuni prin cablu cu alte dispozitive), cu alimentare autonomă, iar funcția de tipărire a rezultatelor este îndeplinită de o imprimant[mobilă cu alimentare autonomă. Comunicarea între alcotester și impromanta mobilă se face prin interfață optică, fără cabluri. Pentru transportarea și depozitarea alcotesterului și imprimantei mobile servește o lădiță-geantă, dură, cu mâner. Dimensiunea lădiței: ~ 350×270×80 mm. În fiecare set sunt incluse 5 rulouri de hârtietermică, 100 muștiucuri de unică folosință în ambalaj ijenic și baterii, tip AA, pentru alcotester și imprimantă (un set de baterii asigură efectuarea a peste 500 teste cu alcotesterul) . Termen de garanție-1 an. Deservire tehnică periodică și postgaranție la sediul reprezentantului oficial în m.Chișinău (personal instruit de producător – certificat anexat) – 10 ani. Alcotesterul este aprobat metrologic (certificat de aprobare valabil până ân 2021 este anexat) Caracteristici alcotester: - Principiu de măsurare: senzor electrochimic. - Durata de viață a senzorului: minim 5000 de teste sau 3 ani. - Păstrarea preciziei de măsurare între două calibrări consecutive: certificat de calibrare pentru 6 luni. - Tip de teste efectuate: o Automat, după suflarea a 1,2 L de aer, o La comanda operatorului (test pasiv, nu necesita suflarea aerului). - Pentru suflarea aerului sunt folosite muștiucuri de unică folosință din polistiren alimentar, ambalate individual antiseptic. - Domeniul de măsurare: concentrația de alcool din aerul expirat (considerat la 34 °C și 1013 hPa.) de la 0,00 până la 2,50 mg/L, cu posibilitatea setării a trei valori de prag (rezultat în limite permise, alerta și depășire valoare maximă), depășirea cărora vor fi indicate pe ecran și prin semnale sonore și lumini de LED multicolor. - Precizia de măsurare: abatere standard a repetabilității (testat cu standard de etanol) o ≤ 0,008 mg/L pentru concentrații a vaporilor de alcool de până la 0,50 mg/L; o ≤ 1,7 % din valoarea măsurată pentru concentrații a vaporilor de alcool de	Marcaj CE, ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, EN15964

[illegible]

						- Carcasă din plastic dur, rezistent la șocuri. - Rezistența la umiditate: IP 54. - Compatibilitate electromagnetică : directiva UE (2014/30/UE). - Certificări/aprobări: certificat de aprobare de model conform NML 126:2009 valabil până în 2021 (anexat), certificat de calibrare nu mai vechi de 1 lună și certificat metrologic pt următoarele 12 luni (la momentul livrării mărfii). - Afișajele pe ecran și manualele de utilizare în limba de stat. Imprimanta mobilă și hârtia termică (pt hârtie termică) : - Produce chitanțe cu rezultatele testărilor conform PML 5-05:2018 direct la fața locului, - Dotată cu magneți pentru fixare pe suprafețe netede metalice orizontale. - Datele pentru imprimare sunt primite de la alcotester prin interfață optică (wireless). - Indicator luminos (LED multicolor) și semnale sonore pentru indicarea încărcării/descărcării bateriilor sau a finisării hârtiei în rezervor. - Rezultatele măsurătorilor imprimate pe chitanțe conțin date cu privire la modelul și numărul de serie al alcotesterului folosit, data și ora efectuării testului, identificatorul unic (numărul de ordine) al testului, rezultatul măsurătorii, precum și are câmpuri pentru scrierea cu mâna a datelor despre persoana testată (nume, data nașterii, IDNP sau alte date similare), a locației, a operatorului aparatului de măsurat. - Hârtie termică cu garanția de păstrare lizibilă a informației pentru 7 ani. - Condiții de mediu: o la funcționare: temperatura de la –5 până la +50 °C; umiditate de la 10 până la 100 % (fără condensare), presiune atmosferică de la 600 până la 1050 hPa; o la depozitare: similar condițiilor de funcționare, cu temperatura de la –20 până la +50 °C pentru depozitare îndelungată. - Dimensiuni : 110 x 60 x 205 mm. - Greutatea (fără baterii): 400 g. - Alimentarea electrică: 4 baterii tip Mignon, LR6, AA (pot fi înlocuite cu acumulatori similari) în socluri ușor accesibile pentru înlocuire rapidă. - Compatibilitatea electromagnetică: Corespunde cerințelor directivei 2014/30/UE.	
		Total lot 1					
		TOTAL					

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**