

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1641974893215 din 12.01.22 din Serviciul achizitii publice
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 2 Dializator suprafața 1,0 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	PURIFIER L100	Turcia	SAFİL TIBBI URUNLER ULUSLARARASI NAK. SAN. TIC. A.S.	Cerințe tehnico- medicale pentru Dializator, suprafața 1,0 m-2. Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	

				umplere ≤ 70 m Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min		
Lot nr. 3 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg	PURIFIER L140	Turcia	SAFİL TIBBI URUNLER ULUSLARARASI NAK. SAN. TIC. A.S.	<p>Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 vitamina B-12 ≥ 75</p>	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	
Lot nr. 4 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$ ml/oră mm Hg	PURIFIER L160	Turcia	SAFİL TIBBI URUNLER ULUSLARARASI NAK. SAN. TIC. A.S.	<p>Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m-2 Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani</p>	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	

				<p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF \geq 10 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere \leq 100 ml Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea \geq 182</p> <p>2 creatinina \geq 168</p> <p>3 fosfați \geq 130</p> <p>vitamina B-12 \geq 67</p>		
<p>Lot nr. 5 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficient de ultrafiltrare \geq 12 ml/oră mm Hg</p>	PURIFIER L180	Turcia	<p>SAFİL TIBBI URUNLER ULUSLARARASI NAK. SAN. TIC. A.S.</p>	<p>Cerințe tehnico-medice pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m-2.</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF \geq12 ml/oră Volumul de umplere \leq 110 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea \geq 186</p> <p>2 creatinina \geq 173</p> <p>3 fosfați \geq 154</p> <p>4 vitamina B-12 \geq 95</p>	<p>Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized</p>	

<p>Lot nr. 6 Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) </p>	<p>DIARENNEEDLE AV203F</p>	<p>Turcia</p>	<p>FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.</p>	<p>Cerințe tehnico- medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea</p>	<p>Blood Line compitable with FRESENIUS Machines, ETO Sterilized</p>	
--	--------------------------------	---------------	---	--	--	--

				<p>segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>		
Lot nr. 7 Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml	DIARENNEEDLE AV200 Set	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.		Blood Line compitable with FRESENIUS Machines, ETO Sterilized	
Lot nr. 8 Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml	DIARENNEEDLE AV200 Set	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.		Blood Line compitable with FRESENIUS Machines, ETO Sterilized	
Lot nr. 9 Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun	DIARENNEEDLE AV203F	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.		Blood Line compitable with BBRAUN Machines, ETO Sterilized	
Lot nr. 10 Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	DIARENNEEDLE AVF 16G VR	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA)</p> <p>Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3</p>	AV Fistula Needle compitable with FRESENIUS Machines, Gamma Sterilized	

				<p>ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 		
<p>Lot nr. 11 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți</p>	<p>DIARENNEEDLE AVF 16G VR</p>	<p>Turcia</p>	<p>FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.</p>	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii</p>	<p>AV Fistula Needle compatible with FRESINIUS Machines, Gamma Sterilized</p>	

				parametri: – diametrul acului 1,6 mm lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	
Lot nr. 12 Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)	DIASOL ACIDIC SOLUTION	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție > 2 ani</p> <p>Formă de prezentare</p> <p>2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă-bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>3</p> <p>3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)</p> <p>Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri</p> <p>Cartușe de</p>	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA)</p> <p>Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție > 2 ani</p> <p>Formă de prezentare</p> <p>2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>3</p> <p>3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)</p> <p>Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri</p> <p>Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame</p>

				bicarbonat de sodiu, 760 grame	
Lot nr. 13 Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Farma-Bicart 760	Turcia	FARMACARB	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție > 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3</p> <p>3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)</p> <p>Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame</p>	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție > 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3</p> <p>3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)</p> <p>Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame</p>

Lot nr. 15 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.		RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBLAVIAN	
Lot nr. 16 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm;	PST- 6508-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.		P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 6,5FR 8 cm SUBCLAVIAN	
Lot nr. 17 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm;	PST-6510-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.		P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 6,5FR 10 cm SUBCLAVIAN	
Lot nr. 18 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;	PST-6513-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.		P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 6,5FR 13 cm SUBCLAVIAN	
Lot nr. 19 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm;	PST-0810-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.		P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 8FR 10 cm SUBCLAVIAN	
Lot nr. 20 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm;	PST-0813-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.		P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 8 FR 13 cm SUBCLAVIAN	
Lot nr. 21 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm;	PST-0815-S	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.		P-Line Pediatric Double Lumen Short term Hemodialysis cath set 8FR 13 cm SUBCLAVIAN	
Lot nr. 22 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm;	DDLC-14524-SV	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.		OPTIMA-II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER SET 14,5FR 24cm STRAIGHT	
Lot nr. 23 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)		Germania	B.Braun			
3477084A	Tubing connector 7x1/8"	3477084A	Germania	B.Braun		

3451916A	Tubing connector 8x1/8"	3451916A	Germany	B.Braun			
3477103A	Tubing connector 3.5x1/8"	3477103A	Germany	B.Braun			
3451727B	Throttle 0.4 bar	3451727B	Germany	B.Braun			
3451664B	Throttle 1.3 bar	3451664B	Germany	B.Braun			
34516131	Pressure sensor – 660 mbar	34516131	Germany	B.Braun			
34515330	Gear pump (Micropump) with magnet, without motor	34515330	Germany	B.Braun			
34565319	Gear pump V2	34565319	Germany	B.Braun			
3456055B	Motor for piston pump	3456055B	Germany	B.Braun			
34560572	Bell joint for piston pump (Reed sensor)	34560572	Germany	B.Braun			
34560602	Pump body for piston pump	34560602	Germany	B.Braun			
3451615A	Membrane for balance chamber	3451615A	Germany	B.Braun			
3451663A	Motor	3451663A	Germany	B.Braun			
3451833A	Manometer connection (red), for PA/PBE	3451833A	Germany	B.Braun			
3451884A	Manometer connection (blue), for PV	3451884A	Germany	B.Braun			
3456005B	SAD version 3 with red detector 3	3456005B	Germany	B.Braun			
3451908C	Blood leak detector 3	3451908C	Germany	B.Braun			
3451657A	Pressure sensor	3451657A	Germany	B.Braun			
34514430	Housing bottom	34514430	Germany	B.Braun			
34561382	Dialyzer coupling, red	34561382	Germany	B.Braun			
34561390	Dialyzer coupling, blue	34561390	Germany	B.Braun			
34570888	Centre disc(3 buc pachet)	34570888	Germany	B.Braun			
34772928	Centre disc(5 buc pachet)	34772928	Germany	B.Braun			

34771085	Seal (5 buc pachet)	34771085	Germania	B.Braun				
34771050	Pressure spring 500 mmHg (10 buc pachet)	34771050	Germania	B.Braun				
34561919	Gear pump (Micropump V2) with magnet and integrated tubing connect.	34561919	Germania	B.Braun				
3456009A	Swivel arm version 2	3456009A	Germania	B.Braun				
34570535	Single tubing holder	34570535	Germania	B.Braun				
3457035A	Quadring 12.37x2.62 incl. Spacer	3457035A	Germania	B.Braun				
3451893H	Maintenance kit	3451893H	Germania	B.Braun				
3456068B	Maintenance kit/supplement HDF Online	3456068B	Germania	B.Braun				
Lot nr. 26	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius)	DIASOL ACIDIC POWDER	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.	<p>Cerințe tehnico-medice pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție > 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1.</p> <p>Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă-bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>Cerința unitate masura</p>	<p>Cerințe tehnico-medice pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție > 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1.</p> <p>Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>Cerința unitate masura</p>		

				<p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>1 1. 1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid</p> <p>1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.</p>	<p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>1 1. 1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid</p> <p>1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.</p>	
<p>Lot nr. 27 Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)</p>	<p>DIASOL BICARBONAT POWDER</p>	<p>Turcia</p>	<p>FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.</p>	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție > 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1.</p> <p>Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p>	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA)</p> <p>Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție > 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1.</p> <p>Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p>	

				<p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat</p> <p>bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p>	<p>2 Componentul granulat uscat</p> <p>bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadir-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21