

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

LP 21018403	Data :6-18,	Alternativa nr.
Denumirea-Vesela pentru laborator	Poz	Pagina 1 din 2

Codul CPV	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Staii dar-de de referință
33140000-3	1.1	Vîrfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, lungimea nu mai mica de 4.5 cm, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii cîte 96 bucăți, ultra subtiri, declaratie de conformitate. 10 mkl	9710	Italia	Aptaca	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	2.1	Vîrfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii cîte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declaratie de conformitate. 20 mkl	9503	Italia	Aptaca	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	3.1	Vîrfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii cîte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declaratie de conformitate. 100 mkl	9701	Italia	Aptaca	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	4.1	Vîrfuri universale cu filtru în stative, Sterile, p/u PCR, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu retentie minimala a substantei pipetate – nu mai mare de 0,1%, ambalate în cutii cîte 96 bucăți, suprafața aderentă la pipetă minim 0,5cm, declaratie de conformitate. 1200mkl	327-31R	Spania	Deltalab	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33192500-7	5.1	Eprubete PCR. Tip Ependorf , pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, rezistente la temperatura de +95C° pînă la -80 C° , transparente, incolore, cu suprafața interna slefuita, capac plat cu urechiusă mare și elastic, declaratie de conformitate. 1,5 ml	1003/F	Italia	Aptaca	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33192500-7	6.1	Eprubete PCR Tip Ependorf, sterile, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu pereți subțiri, incolore, transparente, pentru PCR, capac plat, rezistente la temperaturi inalte +95C p/u Rotor Gene Q, declaratie de conformitate. 0,2ml	1303/F	Italia	Aptaca	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33192500-7	7.1	Eprubete PCR sterile, sigilate, libere de Dnaze si Rnaze ARN/AND, Pyrogen-free, cu pereti subtiri, incolore, transparente, pentru PCR, rezistente la temperaturi inalte +95C pu Rotor Gene Q, in stripuri cîte 4 bucati cu capac Volum 0,1 ml	PCR-0104-C	Germania	Axygen	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	8.1	Suport din sticla organica, rezistent la dezinfectanti, locul de munca 200 godeuri, pentru eprubete conice, cu volum 0,2 ml	RA 20002	Rusia	Amplisens	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	9.1	Suport din sticla organica, rezistent la dezinfectanti, locul de munca 72 godeuri, pentru eprubete conice, cu volum 1,5 ml	RA 7215	Rusia	Amplisens	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33192500-7	11.1	Periute ginecologice, pu recoltarea materialului biologic din canalul cervical la femei, Periuta din plastic, pe suport de plastic. Sa fie crestate pe suport pu a fi rupte fara taiere, ambalate cîte 1, sterile	Junona	Rusia	Amplisens	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	12.1	Sonde pentru recoltarea materialului biologic din uretra la barbati. Sterile, ambalate cîte una.	Dafina	Rusia	Alite	Conform specificatiilor solicitate	Conform specificatiilor solicitate	

33192500-7	14.1	Eprubete conice de plastic 10 ml	18012	Italia	KIMA	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	15.1	Eprubete vidate, conice cu K3EDTA, inaltime 8cm, diametru 1,4 cm, volum 2ml	13005	Italia	KIMA	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33192500-7	18.1	Eprubete cu citrat de Na 3,8%, 3 ml	18608	Italia	KIMA	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	19.1	Recipiente pentru deșeuri ascuțitoare-2 litri	8020	Italia	Aptaca	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	20.1	Lame cu banda alba pentru marcaj cu creon simplu, grosimea 0,9 mm-1mm, 76x26	13504	Italia	Aptaca	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	22.1	Termoindicatoare 132grade interne		Rusia	Vinar	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	23.1	Termoindicatoare 132grade extern		Rusia	Vinar	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	24.1	Lamele 18x18 mm	13602	Italia	Aptaca	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	30.1	Eozin metilen albastru (fixator Leisman), ambalat 1 l		Rusia	Minimed	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	35.1	Virfuri 5 ml		Rusia	Thermofisher	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO, CE
33140000-3	36.1	Set p/u determinarea antigenului Chlamydiae imunofluorescent	2X30 teste	Rusia	Labdiagnostica	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	37.1	Set p/u determinarea antigenului U. urealyticum imunofluorescent	2X30 teste	Rusia	Labdiagnostica	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	38.1	Set p/u determinarea antigenului micoplazmei hominis	2X30 teste	Rusia	Labdiagnostica	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	39.1	Azur – Eozină Romanovschi soluție (fl din plastic)	1 lit	Rusia	EcoLab	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	44.1	Termoindicatoare 180 grade		Rusia	Vinar	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	45.1	Microplaset pentru IFA (96 godeuri) cu godeul plat p/u reacțiile imunologice	655101	Italia	KIMA	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	45.1	Cilindre 100 ml		Rusia	Minimed	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO
33140000-3	46.1	Cilindre 50 ml		Rusia	Minimed	Vezi specificatiile din pachet	Conform specificatiilor solicitate	ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607