

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 29						
	29.1	Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø - 5mm	723005B	Germania	Karl Storz	Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø- 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop righid, cu Ø - 4mm,material inox medical, nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl - Storz ref.code 723005 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø- 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop righid, cu Ø - 4mm,material inox medical, nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl - Storz ref.code 723005 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316