

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1746006916438 din 08.05.2025								
Obiectul achiziției: Consumabile pentru dispozitive medicale								
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	33100000-1	Senzor de O2: 0208766 sau (Type: OOM102 & M-16HL) - utilizat în interiorului echipamentului montat pe ieșirea din mixer	E-17/A2	Germania	Gambert	Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	ISO 13485
11	33100000-1	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray	E-77/0S	Germania	Gambert	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray, model de referință MOX3. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray, model de referință MOX3. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	ISO 13485

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**