

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1574841960842 din 18.12.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj medical de laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	23. Balanta analitica de laborator cu calibrare interna	HPB-1245Di	Italia	Bel Engineering	Destinație: Domeniu dublu de cantarire: 40/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 40 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame) Timp de reactie: maxim 6-7 secunde; Dimensiunea platanului de cantarire: cel puțin 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de restaurare a fortei electromagnetice pentru asigurarea stabilitatii cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Functie de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Functie pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husa din plastic transparent pentru protectia sporita	Destinație: Domeniu dublu de cantarire: 42/120 grame; Acuratete: 0,01 mg (domeniul de 42 grame)/0,1 mg(domeniul de 120 grame) Timp de reactie: mai puțin de 6-7 secunde; Dimensiunea platanului de cantarire: 80 mm; Panou de comanda tip LCD cu reglarea intensitatii; Camera de cantarire cu deschidere din trei parti: laterale si partea de sus; Panourile camerei fabricate din sticla; Sistem de restaurare a fortei electromagnetice pentru asigurarea stabilitatii cantaririi; Interfata RS232; Cântărirea de control; Unități de măsură selectabile; Functie de numarare a unitatilor; Funtie tara; Cântărire procentuala; Functie pentru cantarirea animalelor; Determinarea densității (solid și lichid); Determinarea sarcinii maxime; Tastiera acoperita cu o husa din plastic transparent pentru protectia sporita	
	30. Ventilator pentru animale mici de laborator	SAR-830/AP	SUA	CWE Inc.	Specificări. Destinație – ventilator pentru animale mici de laborator (șoareci, șobolani sau cobai, expandabil la animale mai mari – iepuri, pisici, câini), operează cu volume și presiune (asigură un anumit volum prestabilit pentru fiecare respirație sau ventilează până la atingerea unei presiuni țintă de ventilare). Diapazonul frecvenței mișcărilor respiratorii – 5-200 respirații/minut. Diapazonul fluxului respirator – 0-1000 ml/min. Diapazonul volumului Tidal – 0,2-35 ml. Diapazonul timpului inspirației – 0-5 secunde. Diapazonul de control a presiunii – 0-50 cmH2O. Voltaj analog de ieșire pentru frecvența respirației – 10 mV/respirație/minut. Voltaj analog de ieșire	Specificări. Destinație – ventilator pentru animale mici de laborator (șoareci, șobolani sau cobai, expandabil la animale mai mari – iepuri, pisici, câini), operează cu volume și presiune (asigură un anumit volum prestabilit pentru fiecare respirație sau ventilează până la atingerea unei presiuni țintă de ventilare). Diapazonul frecvenței mișcărilor respiratorii – 5-200 respirații/minut. Diapazonul fluxului respirator – 0-1000 ml/min. Diapazonul volumului Tidal – 0,2-35 ml. Diapazonul timpului inspirației – 0-5 secunde. Diapazonul de control a presiunii – 0-50 cmH2O. Voltaj analog de ieșire pentru frecvența respirației – 10 mV/respirație/minut. Voltaj analog de ieșire	

					pentru presiune – 50 mV/cmH₂O. Sincronizare logică a voltajului de ieșire – 5 V (TTL). Cerințe de alimentare – 120/240 V, selectabil. Diapazonul presiunii de intrare – 3-20 psi. Dotat cu pompă internă de aer. Poate fi conectat la o sursă externă de gaze. Garanție – minim 3 ani.	pentru presiune – 50 mV/cmH₂O. Sincronizare logică a voltajului de ieșire – 5 V (TTL). Cerințe de alimentare – 120/240 V, selectabil. Diapazonul presiunii de intrare – 3-20 psi. Dotat cu pompă internă de aer. Poate fi conectat la o sursă externă de gaze. Garanție – 3 ani.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau