

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21061149					Data: „15” septembrie 2022		va nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2022							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2		3	4	5	6	7	8	
3310000-1	39	Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570 Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570	10395	Italia	DIESSE	Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570 Descriere Analizator automat VSH Canale de citire ≥ 20 da Termostat încorporat sau Corecție automată de temperatură”da Citire Productivitatea ≤ 30 min, 60 min. Afișaj Afișaj LCD Tip citire: Citire automată cu interpretare Corecție automată de temperatură da Imprimantă termică da Alimentarea Alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile Tuburi VSH 600 buc. Vacutainerele pentru colectarea sîngelui 600 buc. Hîrtie termică 10 buc. Kit control de calitate VSH 1 buc. Perioada de valabilitate din momentul livrării ≥ 1 an	Analizator automat cu 20 canale, VSH - da Cod 150570 Descriere Analizator automat VSH - da Canale de citire - 30 da Corectie automata de temperatura - da Citire Productivitatea , sau mai mult de 60/ora da 25 minute 30 de probe Afișaj Afișaj LCD - da cu tuch screen Tip citire: Citire automată cu interpretare - da Corecție automată de temperatură - da Imprimantă termică - da Alimentarea Alimentare 220 V, 50 Hz -da Consumabile Tuburi VSH 600 buc. da, pentru 1000 de teste Vacutainerele pentru colectarea sîngelui 600 buc. - da 1000 buc Hîrtie termică 10 buc. da Kit control de calitate VSH 1 buc. -da 2*9ml (nivel 1 si 2) Perioada de valabilitate din momentul livrării ≥ 1 an da - 18 luni		