

Aprobat:
Director ANCOTEC-SISTEM SRL
Matei Vasile



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Uși radioprotectoare (echiv. plumb 2 mm)



Descriere:

Uși radioprotectoare s-au panouri plumbate cu deschidere glisantă s-au pliantă . În calitate de material radioprotector este utilizat folia de plumb cu grosimea 2 mm.


Construcția canatului :

- Rama canatului este din metal dur de 2 mm.
- Miezul canatului format din :
 1. Placă MDF melaminată
 2. Folie de plumb
 3. Placă MDF melaminată

Imagine Nr.1



Imagine Nr. 2



Accesorii :

- 2 Balamale ;
- Miner;
- Broască cu 3 chei.

Conformitate:

Uşile radioprotectoare sunt confecţionate în conformitate cu normele fundamentale în radioprotecţie NFRP 2000.

Materialul radioprotector este fabricat în Polonia, în baza certificatului de calitate ISO 9001-2008.

Remarcă:

Uşile sunt fabricate în baza cerinţelor beneficiarului, şi standardelor internaţionale. Echivalentul de plumb este calculat în baza specificaţiei tehnice a dispozitivului radiologic şi suprafaţa încăperilor.

Termenul de garanţie:

12 luni din data instalării

Efectuat:

Inginer ANCOTEC-SISTEM SRL

Railean Vitalie

