

Specificații tehnice

		<i>est tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.</i>							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1678893907083 / 21075923						Data: „ ” 20	nr.:
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (listă suplimentară 6)						Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6	8	
33100000-1	5	Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator cu troliu	Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator cu troliu	ZEUS-400 + Troliu Zerone CT01-01R + accesorii	Korea	Zerone Co., Ltd.	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu troliu</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăiereași coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mină da</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar da</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere≥ 400 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 100 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 100 W</p> <p>≥ 100 Ohm</p> <p>Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 7 regimuri</p> <p>Funcție de autotestare da</p> <p>Canal de ieșire independentă da Indicație acustic vizual</p> <p>Control volum sunet da</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc.</p> <p>Electrod neutru reutilizabil, tip adult 4 buc.</p> <p>Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 10 buc.</p> <p>Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc.</p> <p>Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc.</p> <p>Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc.</p> <p>Pedală dublă 1 buc.</p> <p>Troliu Să se indice modelul oferit model</p> <p>Mobil pe 4 roți da</p> <p>Minim 2 roți cu frână da</p> <p>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da</p> <p>Miner pentru transportare da</p>	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu troliu</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăiereași coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența 400, 500 KHz DA</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat DA</p> <p>Comutator de mină DA</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă + pedală singular DA</p> <p>Bipolar DA</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere400 W, 300 Ohm DA</p> <p>Coagulare 120 W, 250 Ohm DA</p> <p>Bipolar Tăiere 100 W, 200 Ohm DA</p> <p>Coagulare 100 W, 100 Ohm DA</p> <p>Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray 10 regimuri DA</p> <p>Funcție de autotestare DA</p> <p>Canal de ieșire independentă DA</p> <p>Indicație acustic, vizual DA</p> <p>Control volum sunet DA</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, (CA02) 3 metri 2 buc. DA</p> <p>Electrod neutru reutilizabil, tip adult (PL02) 4 buc. DA</p> <p>Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, (Lamidey Noury- V11MCT9N) cablu 4 metri 10 buc. DA</p> <p>Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. DA V11CDZM- Lamidey Noiry</p> <p>Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil (BF01-01R) 1 buc. DA</p> <p>Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, (CA01-01R) 3 metri 1 buc. DA</p> <p>Pedală dublă (FS02-01R) 1 buc. DA</p> <p>Troliu Să se indice modelul oferit model (Zerone CT01-01R)</p> <p>Mobil pe 4 roți DA</p> <p>Minim 2 roți cu frână DA</p> <p>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii DA</p> <p>Miner pentru transportare DA</p> <p>Informația confirmativa pag1. (Brosura Zeus)</p>	CE, ISO, Extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, Vasile Lupu 6

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1678893907083 / 21075923

Data: „__” _____ Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (listă suplimentară 6)						Lot: _____	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4,00	5	6	7	8	9
33100000-1	5	Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator) cu troliu	Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator) cu troliu	1	bucată	118900,00	142680,00	118900,00	142680,00	Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării.
Suma total:								118900,00	142680,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, Vasile Lupu 6